

ZP/3/24

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Część 2, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami o rozwarciu 6,5-7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne z łyżeczkami o rozwarciu 6,5-7 mm.

2. Część 2, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające ząb szczura (w wersji nieobrotowej) o rozwarciu 15 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kleszcze chwytające ząb szczura (w wersji nieobrotowej) o rozwarciu 15 mm.

Wyjaśnienia są wiążące z chwilą publikacji.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu