



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: sekretariat@dieta.krakow.pl strona internetowa: www.szpitaldietla.pl

Kraków, dn. 23.08.2023 r.

SZP-271/25-10/2023

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy sprawy: SZP/24/2023 - informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, oferty odrzuconej.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zestawu endoskopowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”.

I. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XXIX SWZ.

W pakiecie 1

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Liczba punktów w kryterium Cena	Kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Kryterium termin realizacji	Liczba punktów w kryterium termin realizacji	Łączna punktacja
1	P.U.H.P. ENDOMED Piotr Niewiadomy, ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków	421 200,00	60,00	2 lata	0,00	do 6 tygodni	20,00	80,00

Art. 239 ust.1 ustawy PZP - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Pozostałe oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Liczba punktów w kryterium Cena	Kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Kryterium termin realizacji	Liczba punktów w kryterium termin realizacji	Łączna punktacja
2	VARIMED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50- 442 Wrocław	594 000,00						ODRZUCENIE



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl strona internetowa: www.szpitaldietla.pl



2. OFERTY KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający informuje, iż odrzuca następującą ofertę:

- **Oferta 2 firmy: VARIMED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław**
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP „*jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia*”
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 2 do SWZ) wymagał dwóch osobnych urządzeń: „*ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1 szt.*”, „*VIDEOPROCESOR OBRAZU FULL HD – 1 szt.*”, z dołączonych do oferty katalogów wynika, iż Wykonawca zaoferował połączony Videoprocesor z Źródłem Światła LED.
Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 2 do SWZ) wymagał, aby średnica zewnętrzna VIDEOGASTROSKOPU wynosiła max 9,8 mm. Z dołączonych do oferty katalogów wynika, iż średnica zewnętrzna Videogastroskopu wynosi 9,8 mm, ale średnica końcówki dystalnej wynosi 10,8 mm, czyli jest o 10 mm za duża.
Oprócz tego Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 2 do SWZ) wymagał, aby średnica zewnętrzna VIDEOKOLANOSKOPU wynosiła max 12,9 mm, z dołączonych do oferty katalogów wynika, iż średnica zewnętrzna wynosi 13,2 mm.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia.

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, iż nie unieważniono postępowania.

- III. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Marlena Czyżycka-Poździach