

Nr sprawy 21T/DMSM/VII/2020

Gniezno, dn. 29.09.2020 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 21T/DMSM/VII/2020 - Dostawa mebli ,sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: Zadanie 2

Szafka przyłóżkowa – 116szt

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dwie szuflady (dolna szuflada zamiast kontenera z drzwiczkami) wysuwanymi obustronnie?

Ad. 1 Tak dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty HPL z możliwością wyboru koloru?

Ad. 2 Tak dopuszcza

3. Czy szafka przyłóżkowa ma posiadać centralną blokadę kół?

Ad. 3 Zgodnie z SIWZ

4. Czy szafka przyłóżkowa ma posiadać dwie dwustronnie wysuwane szuflady?

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: 93 x 51 x 48,5 [cm] (wys. x szer. x gł.)?

Ad. 5 Zgodnie z SIWZ

Łóżko elektryczne szpitalne wielofunkcyjne z materacem - MLM1 - 83 szt.

Łóżko elektryczne szpitalne wielofunkcyjne z materacem, ramą ortopedyczną, wysięgnikiem - MLM1R - 16 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem podpartym na konstrukcji dwóch, podwójnych ramion wznoszących?

Ad. 1 Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm oraz z leżem o szerokości 900mm?

Ad. 2 Tak dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni oraz przechyły Trendelenburga 0-15 stopni i anty-Trendelenburga 0-15 stopni?

Ad. 3 Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 - 735mm?

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora umieszczone w centralnym panelu sterowania a nie w pilocie?

Ad. 5 Tak dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji egzaminacyjnej za pomocą dwóch przycisków?

Ad. 6 Zgodnie z SIWZ

7. Czy łóżko ma posiadać autoregresję segmentu uda?

Ad. 7 Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym, diodowym wskaźnikiem informującym o wyczerpaniu akumulatora?

Ad. 8 Tak, ale wymaga również sygnału dźwiękowego

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża 0-15cm?

Ad. 9 Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlew, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Ad.10 Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki lakierowane proszkowo wykonane z trzech profili stalowych o wysokości 35mm wraz z krążkami odbojowymi umieszczonymi pod barierkami w narożnikach łóżka?

Ad. 11 Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem, jednakże zlokalizowanymi w skrajnych punktach, narożnikach leża, zatem nie ma ryzyka, że pacjent usiądzie na nich podczas wstawania?

Ad. 12 Zgodnie z SIWZ

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, z których jedno jest antystatyczne?

Ad. 13 Zgodnie z SIWZ

14. Czy łóżko ma posiadać diodowy wskaźnik konieczności wymiany akumulatora?

Ad. 14 Zgodnie z SIWZ

15. Czy łóżko ma posiadać wyłącznik przeciążeniowy, zatrzymujący regulację elektryczną w przypadku zbyt dużego obciążenia?

Ad. 15 Może, ale nie musi

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym 250kg, potwierdzonym przez producenta poprzez wykonanie testów zgodnych z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Ad. 16 Tak dopuszcza

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?

Ad. 17 Zgodnie z SIWZ

Łóżko elektryczne szpitalne wielofunkcyjne z materacem, ramą ortopedyczną, wysięgnikiem - MLM1R - 16 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą ortopedyczną wyposażoną w dwa uchwyty ręki, bez uchwytu mocowanego do łóżka?

Ad.1 Tak dopuszcza

Łóżko do intensywnej terapii EL7 - 18 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej regulowanej w zakresie 218cm - 233cm z możliwością przedłużenia o 15cm?

Ad. 1 Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 99,5cm?

Ad. 2 Tak dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyt od strony nóg i głowy poruszający się wraz z leżem przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga i anty-Trend?

Ad. 3 Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przewodowym panelem kontrolnym do sterowania wszystkimi funkcjami, wraz z selektywną blokadą funkcji zawieszanym na szczycie nóg lub barierkach bocznych oraz panelami wbudowanymi w barierki przemieszczające się wraz z segmentem pleców zgodne z SIWZ?

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej, posiadające funkcję regulacji wysokości?

Ad. 5 Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 37-73,5 cm?

Ad. 6 Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bez chwilowej pauzy podczas regulacji segmentu pleców, wyposażone w wskaźnik kąta nachylenia, umożliwiający łatwe ustawienie segmentu pleców w w/w pozycji?

Ad. 7 Tak dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym opuszczanie segmentu pleców po zwolnieniu dźwigni CPR stabilizowane jest za pomocą siłownika wyposażonego w tzw sprzęgło?

Ad. 8 Tak dopuszcza

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją zapewniającą prześwit pod podwoziem 16cmz wyjątkiem dwóch punktów, w których mocowane są siłowniki - nieznane wystają? Łóżko w pełni współpracujące z podnośnikami pacjenta.

Ad. 9 Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma gniazdami na wysięgnik do kroplówek itp.. od strony głowy?

Ad. 10 Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wizualny sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania?

Ad. 11 Tak dopuszcza

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi haczykami na worki urologiczne, po dwa haczyki na stronę łóżka?

Ad. 12 Tak dopuszcza

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pasy do unieruchamiania pacjenta mocowane są do konstrukcji segmentu pleców, bez konieczności stosowania uchwytów?

Ad. 13 Tak dopuszcza

14. Czy łóżko ma posiadać diodowy wskaźnik konieczności wymiany akumulatora?

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

15. Czy łóżko ma posiadać wskaźnik świetlny informujący o uzyskaniu minimalnej pozycji leża?

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

16. Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w stałym cyklu 10-minutowym, bez możliwości wyboru?

Ad. 16 Zgodnie z SIWZ

17. Czy Zamawiający dopuści materac posiadający na spodzie 4 pasy do przymocowania do ramy łóżka?

Ad. 17 Tak dopuszcza

18. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 18,5cm?

Ad. 18 Zgodnie z SIWZ

19. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń dolną z statycznym wkładem piankowym, na którym spoczywają komory aktywne?

Ad. 19 Tak dopuszcza

20. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w wskaźnik nieprawidłowej pracy pompy, bez wskaźnika serwisowego?

Ad. 20 Tak dopuszcza

21. Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem z możliwością prania w temperaturze 60 stopni?

Ad. 21 Zgodnie z SIWZ

22. Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem nieposiadającym środka przeciwgrzybiczego?

Ad. 22 Zgodnie z SIWZ

Łóżko porodowe - EL1 - 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe kolumnowe, oparte na jednej, wytrzymałej kolumnie nośnej?

Ad. 1 Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez antybakteryjnej nanotechnologii srebra, w zamian łóżko posiada gładkie powierzchnie, łatwe do dezynfekcji, niewymagające stosowane specjalistycznych środków jak w przypadku jonów srebra?

Ad. 2 Tak dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o długości 2122mm, w pozycji fotelewej 1570mm oraz o szerokości 980mm?

Ad. 3 Tak dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją wysokości w zakresie 600-1050mm?

Ad. 4 Tak dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją siedziska w zakresie 0-18,5 stopnia?

Ad. 5 Tak dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją przechyłu Trendelenburga 10 stopni?

Ad. 6 Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z mechaniczną regulacją segmentu wydłużającego leże z pozycji siedzącej do leżącej?

Ad. 7 Zgodnie z SIWZ

8. Czy łóżko ma posiadać segment nożny wsuwany pod siedzisko wraz z materacem w celu uzyskania szybkiego dostępu do rodzącej?

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w sterowanie za pomocą:

1. Centralnego panelu sterującego (pilota) z możliwością zawieszenia na barierce lub z boku łóżka (regulacja wysokości, segmentu pleców, siedziska, wskaźnik podłączenia do sieci)

2. Paneli sterujących wbudowanych w segment pleców po obu stronach (regulacja wysokości, segmentu pleców, siedziska, pozycja Trendelenburga za pomocą 1 przycisku, wskaźnik podłączenia do sieci)

3. Paneli sterowanie wbudowanych w barierki od wewnątrz po obu stronach (regulacja wysokości oraz segmentu pleców)?

Ad. 9 Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z poręczami bocznymi oraz szczytem głowy wykonanymi ze stali, lakierowanej proszkowo?

Ad. 10 Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążków odbojowych?

Ad. 11 Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z materacami w pokrowcach z tkaniny antybakteryjnej, niepalnej zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5, bez potwierdzenia certyfikatami wydanymi przez niezależne podmioty?

Ad. 12 Tak dopuszcza

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w: podkolanniki zintegrowane z łóżkiem porodowym, regulowane za pomocą przegubu kulowego?

Ad. 13 Tak dopuszcza

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe niewyposażone w uchwyty rąk?

Ad. 14 Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: łóżko do intensywnej terapii

EL7 - 18 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy z pompą, w którym poziom hałasu pompy podczas trybu utwardzenia powierzchni wynosi 33,5 dB co tylko nieznacznie różni się od parametru wymaganego?

Ad. Tak dopuszcza

1. Dot. Treści SIWZ rozdział XII pkt 3 - warunki udziału w postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dwie dostawy do jednostek służby zdrowia, z których każda polegała na dostawie i montażu mebli (meble biurowe, meble socjalne, meble medyczne, meble ze stali nierdzewnej) na łączną kwotę powyżej 2 400.000,00 PLN brutto z czego przynajmniej jedna przekracza kwotę 1 900 000,00 PLN brutto i zawiera również dostawę sprzętu AGD?

Ad. 1 Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Szpital Pomnik Chrztu Polski

Grzegorz Sieńczewski
DYREKTOR

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy