

Warszawa, 24 września 2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę ręcznych urządzeń pomiarowych

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Michała Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieloparametrowych, o certyfikowanej jakości, przenośnych mierników do pomiaru pomiarów wody w rzekach, jeziorach i morzu z technologią Bluetooth wraz z niezbędnym osprzętem, o następujących parametrach:

- pomiar min. 5 parametrów wody (pH, ORP, tlen rozpuszczony, przewodność, temperatura),
- monitorowanie lokalizacji pomiarowych z GPS (opcjonalne)
- wodoodporna obudowa spełniająca normę IP67
- wodoszczelne złącze podłączenia sond
- ekran LCD podświetlany
- wbudowany barometr do kompensacji tlenu rozpuszczonego
- szybka kalibracja
- kontrola wewnętrzna pomiarów, eliminowanie błędnych odczytów
- automatyczne rozpoznanie sondy i sensorów
- wymienne sensory z kodami
- dodatkowe wymagania zamawiającego:
 - zamienny czujnik optyczny tlenu OPTDO

- sensory pH, pH/ORP i EC
- niezbędne osłony sond,
- osprzęt oraz naczynia do kalibracji wraz z płynami od szybkiej kalibracji i roztworem zerowym tlenu.
- zestaw do konserwacji sondy a także roztwory (min. 500 ml) do szybkiej kalibracji, do konserwacji elektrod oraz roztwory pH 4, 7 i 10
- niezbędne okablowanie, 4 baterie AA alkaliczne
- instrukcja obsługi w języku polskim, walizka transportowa
- certyfikat jakości dla przyrządu pomiarowego
- specyfikacja urządzenia:
 - przewodność- $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - zakres: 0 do 100,000
 - dokładność: $\pm 1\%$ odczytu lub ± 2 , w zależności od tego, która wartość jest większa
 - rozdzielczość: 1 w najniższym zakresie
 - tlen rozpuszczony tlen (O_2) - mg/l
 - zakres: 0 do 20 ppm (mg/l)
 - dokładność: $\pm 5\%$ odczytu lub ± 0.2 , w zależności od tego, która wartość jest większa
 - rozdzielczość: 0.01
 - pH – jednostki pH
 - zakres: 0 do 12
 - dokładność: ± 0.2
 - rozdzielczość: 0.01
 - temperatura – stopnie Celsjusza
 - zakres: 0 do 50
 - dokładność: ± 0.1
 - rozdzielczość: 0.01
 - ORP
 - zakres: co najmniej – 1999 do 2000 mV,
 - dokładność: ± 1.0 mv

- rozdzielczość: 0,1 mV
- okres gwarancji
 - dla miernika min. 24 miesiące lub 36 miesięcy (w zależności od deklaracji wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym),
 - dla sondy min: 6 miesięcy.

2.2. Kody określone we wspólnym języku zamówień (CPV):

38.55.20.00-9 – mierniki elektroniczne

2.3. Zamawiający informuje, zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania. Decyzję o liczbie zamawianych urządzeń Zamawiający podejmie w dniu zawarcia umowy. Z tytułu zmniejszenia liczby urządzeń wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze.

3. Opis kryteriów:

3.1. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów.

3.3. Zamawiający oceni Oferty, przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert i przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt i uwzględniając następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium I – Cena brutto „C” – waga 60% (60% = 60 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 60\%$$

Gdzie:

C_n – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,

C_o - cena brutto oferty ocenianej.

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium II – Okres gwarancji „G” – waga 20% (20% = 20 pkt).

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dla miernika wynoszący:

- a) 24 miesiące – otrzyma 0 pkt
- b) 36 miesięcy – otrzyma 20 pkt

Kryterium III – Skrócenie okresu dostawy „D” – waga 20% (20% = 20 pkt).

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy urządzeń wynoszący:

- a) do 7 dni od daty zawarcia umowy (maksymalny termin akceptowalny przez Zamawiającego – otrzyma 0 pkt
- b) do 3 dni od daty zawarcia umowy (tj. zaoferuje skrócenie maksymalnego terminu akceptowalnego przez Zamawiającego – otrzyma 20 pkt.

3.4. Najkorzystniejsza Oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

4. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Oferent może zostać poproszony o wydłużenie tego terminu.

5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

6. Wymagane dokumenty:

Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej na której zamieszczono niniejsze zapytanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2023 roku, do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 28 września 2023 r., o godz. 12:15.

8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Łukasz Dmowski, e-mail: zapytanie@infish.com.pl.

9. Termin wykonania Zamówienia:

Termin dostawy: nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy, możliwością skrócenia terminu dostawy do 3 dni od daty zawarcia umowy (w zależności od deklaracji wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym).

10.Sposób oceny ofert:

10.1. Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez Wykonawcę Formularza ofertowego. W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

10.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Wykonawca potwierdzi na Formularzu ofertowym, że nie podlega powyższemu wykluczeniu z postępowania.

10.3. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym fakcie Wykonawcę, który złożył ofertę.

11.Informacje dodatkowe:

11.1. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.

11.3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

11.4. Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.

11.6. Składając ofertę wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

12. Postanowienia końcowe:

12.1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

12.4. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

12.5. Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Zamawiający będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 – Projekt umowy.