



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



WCKiK – SZP.2612.3.21/D/2024

Warszawa, dnia 23.04.2024 r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

NUMER SPRAWY 21/D/2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę chłodziarek do KKCz”, Sprawa 21/D/2024.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo

Zamawiający Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 i 1720), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem oraz na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 6 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia o czym informuje w poniżej.

Pytanie 1.

Dotyczy: Część nr 1 i 2 1). Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę będącym dystrybutorem urządzeń do przechowywania krwi posiadającym dostęp do wszystkich części zamiennych oferowanych urządzeń, świadczącym usługi serwisowe dla oferowanych urządzeń, posiadającym urządzenia zastępcze na czas awarii, potrafiącym naprawić uszkodzone urządzenia na miejscu bez konieczności zabierania do serwisu ale nie posiadającym autoryzacji? Prośbę swoją motywujemy tym, że są w Polsce firmy które posiadają wyłączność na sprzedaż, świadczenie usług serwisowych dla urządzeń danego Producenta a sądząc po odpowiedziach w tym przetargu będzie mogła wystartować tylko jedna firma. Dla Zamawiającego wymóg autoryzacji nie powinien mieć znaczenia gdyż w przypadku wyboru oferty danej firmy w postępowaniu jest podpisywana umowa która warunkuje zasady dotyczące dostawy i późniejszej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej dla oferowanych urządzeń. Wykonawca podpisując umowę deklaruje jej wykonanie i spełnienie jej zapisów oraz liczy się z konsekwencjami w przypadku nie dotrzymania jej zapisów . Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania , zrezygnowania z wymogu autoryzacji lub zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewnia serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski”. Dopuszczenie takiego zapisu zwiększy konkurencyjność w tym postępowaniu co będzie miało korzyści dla Zamawiającego z racji niższej ceny zaproponowanych urządzeń bez wpływu na jakość obsługi całego kontraktu.

str. 1/2

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Wskazując, iż Wykonawca zapewnia serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski. Wykonawca tym samym oświadcza, iż, zapewnia pełny serwis urządzeń na terenie Polski, posiada doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, posiada dostęp do wszystkich części zamiennych oferowanych urządzeń, ma możliwość serwisu i naprawy na miejscu oraz posiada urządzenia zastępcze na czas awarii.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza nowy Projekt umowy po zmianach z dnia 23.04.2024 r. – załącznik nr 6 do SWZ, Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik 2/1 po zmianach z dnia 23.04.2024 r. oraz Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik 2/2 po zmianach z dnia 23.04.2024 r.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Zmiana treści SWZ z dnia 23.04.2024 r.

1. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt III Termin związania ofertą ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **25.05.2024 r.**
2. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt I Sposób i termin składania ofert ppkt 13 otrzymuje następującą treść:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 26.04.2024 r. do godziny 09:00.**
3. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt II Sposób i termin otwarcia ofert ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **26.04.2024 r. godzina 09:15.**

Załączniki:

1. Arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 23.04.2024 r. – Załącznik 2.1 do SWZ
2. Arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 23.04.2024 r. – Załącznik 2.2 do SWZ
3. Projekt umowy po zmianach z dnia 23.04.2024 r. – załącznik nr 6 do SWZ

Z poważaniem
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

str. 2/2

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – 2 PO ZMIANIE

CPV 42513000-5

**Załącznik Nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2/1 do SWZ**

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Liczba	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Chłodziarka do KKCz				kpl.	6				
<ol style="list-style-type: none">1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe – rok produkcji 2024.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia od +2°C do +6°C.4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,5^o C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 300 pojemników z krwią.6. Półki z perforacją umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią oraz zawieszenie pojemników na wieszakach w pozycji pionowej (haczyki do zawieszenia krwi w wyposażeniu). Dopuszcza się urządzenie z wysuwanymi szufladami z frontem wykonanym z pleksji pełniące rolę drzwi wewnętrznych. Dopuszcza się urządzenie z 6 wysuwanymi szufladami ze stali nierdzewnej.7. Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości 700 litrów. Dopuszcza się urządzenie o pojemności 622 litry, 617 litrów oraz 719 litrów. Możliwość przechowywania co najmniej 300 jednostek KKCz.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 100 cm x 200 cm.9. Posiada drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.11. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED lub LCD oraz przyciskami membranowymi. Dopuszcza się zewnętrzny wyświetlacz typu LED z przyciskami dotykowymi. Dopuszcza się urządzenie z wyświetlaczem LCD i przyciskami dotykowymi.12. Posiada automatyczny system odszraniania, niepowodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.13. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej, stali nierdzewnej lub aluminium. Dopuszcza się urządzenie z komorą zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną ze stali ocynkowanej na gorąco, zabezpieczonej antykorozyjnie i białej folii PCV.14. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.15. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.									

16. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe lub zasilany bateryjnie niezależny, zewnętrzny, cyfrowy rejestrator temperatury.
17. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.
18. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.
19. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB. (poziom hałasu udokumentowany w materiałach producenta). **Dopuszcza się urządzenie emitujące hałas poniżej 49db.**
20. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.
21. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią lub urządzenie wyposażone w dwa czujniki mierzące temperaturę w powietrzu. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym lub temperatury uśrednionej.
22. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach i błędach.
23. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem 2017/745, posiadającym stosowną deklarację zgodności.
24. **Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski. Wykonawca tym samym, oświadcza, iż, zapewnia pełny serwis urządzeń na terenie Polski, posiada doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, posiada dostęp do wszystkich części zamiennych oferowanych urządzeń, ma możliwość serwisu i naprawy na miejscu oraz posiada urządzenia zastępcze na czas awarii.**
25. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,
26. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
27. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
28. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.
29. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.
30. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze.
31. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.

Wymaga się urządzenia wyposażonego w podtrzymanie bateryjne pracy sterownika w przypadku awarii zasilania (do 48h).

Wymaga się urządzenia wyposażonego w filtr przeciwzakłóceńowy RFI.

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące	Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzeniemiesiące

Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 40 dni kalendarzowych	Tak, podać termin dostawydni kalendarzowych
---	---------------------------	-------------------------

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

.....
**znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)
do reprezentowania podmiotu**

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

Lp	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie	ul. Al. Racławickie 23 20-034 Lublin	261-183-266	2
2	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie	ul. Wrocławska 1-3 30-006 Kraków	261 138 289	1
3	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu	ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław	261 660 426	1
4	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku	ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk	261 332 918	1
5	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie	Ul. Piotra Skargi 8 71-422 Szczecin	261 455 642	1

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – PO 2 ZMIANIE

CPV 42513000-5

Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik Nr 2 /2 do SWZ

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Liczba	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Chłodziarka do KKCz				kpl.	1				
<ol style="list-style-type: none">1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe – rok produkcji 2024.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia od +2°C do +6°C.4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,5⁰ C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 300 pojemników z krwią.6. Szuflady z perforacją w dnie oraz podziałkami pionowymi i poziomymi, umożliwiające przechowywanie po kilka jednostek KKCz w przedziale. Dopuszcza się urządzenie z wysuwanymi szufladami z frontem wykonanym z pleksji pełniącego rolę drzwi wewnętrznych. Dopuszcza się urządzenie z 6 wysuwanymi szufladami ze stali nierdzewnej.7. Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości 700 litrów. Dopuszcza się urządzenie o pojemności 622 litry, 617 litrów oraz 719 litrów. Możliwość przechowywania co najmniej 300 jednostek KKCz.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 100 cm x 200 cm. Dopuszcza się urządzenie o wymiarze wysokości 204 cm.9. Posiada drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.11. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED lub LCD oraz przyciskami membranowymi. Dopuszcza się urządzenie z wyświetlaczem LCD i przyciskami dotykowymi.12. Posiada automatyczny system odszraniania, niepowodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.13. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej, stali nierdzewnej lub aluminium. Dopuszcza się urządzenie z komorą zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną ze stali ocynkowanej na gorąco, zabezpieczonej antykorozyjnie i białej folii PCV.									

14. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.
15. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.
16. Wyposażone w rejestrator temperatury zasilany bateryjnie niezależny, zewnętrzny, cyfrowy rejestrator temperatury.
17. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.
18. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.
19. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB. (poziom hałasu udokumentowany w materiałach producenta). **Dopuszcza się urządzenie emitujące hałas poniżej 49db.**
20. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.
21. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią lub urządzenie wyposażone w dwa czujniki mierzące temperaturę w powietrzu. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym lub temperatury uśrednionej.
22. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach i błędach.
23. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem 2017/745, posiadającym stosowną deklarację zgodności.
24. **Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski. Wykonawca tym samym, oświadcza, iż, zapewnia pełny serwis urządzeń na terenie Polski, posiada doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, posiada dostęp do wszystkich części zamiennych oferowanych urządzeń, ma możliwość serwisu i naprawy na miejscu oraz posiada urządzenia zastępcze na czas awarii.**
25. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,
26. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
27. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
28. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.
29. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.
30. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze.
31. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.

Wymaga się urządzenia wyposażonego w podtrzymanie baterijne pracy sterownika w przypadku awarii zasilania (do 48h).

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące	Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzeniemiesiące

Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 40 dni kalendarzowych	Tak, podać termin dostawydni kalendarzowych
---	---------------------------	-------------------------

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

.....
**znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)
do reprezentowania podmiotu**

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

Lp	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy	ul. Powstańców Warszawy 5	261-471-242	1

Rejestr Umów WCKiK
Nr w rej./2024/Z/21/D/2024

Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY – PO ZMIANIE
(Sprawa 21/D/2024)

Zawarta w dniu 2024 roku w Warszawie pomiędzy

Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, zwanym dalej „Zamawiającym”, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 1132555793, REGON: 140130346, BDO: 000018806, reprezentowanym przez:

..... - **Dyrektora**

a

..... z siedzibą przy, wpisanym do pod numerem, posiadającym NIP, REGON:, reprezentowanym przez:

..... -

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę chłodziarek do KKCz” przeprowadzonego w trybie podstawowym [art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)], w którym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawionej przez Wykonawcę, Strony oświadczają co następuje:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Część 1 - dostawa chłodziarek do KKCz.
Część 2 - dostawa chłodziarki do KKCz TS Bydgoszcz
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dniastanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§ 2 Termin i warunki umowy

1. Termin wykonania umowy: kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Strony ustalają następujące warunki:
 - 1) dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
 - 2) dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana w dni robocze w godz. 8.00-14.00;
 - 3) dostawa przedmiotu umowy w innych dniach lub godzinach, niż określone w pkt 2, skutkować będzie odmową przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i obciążeniem Wykonawcy karami umownymi za zwłokę w dostawie;

- 4) minimum 2 dni robocze przed planowaną dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie na adres e-mail: k.wiączek@wckik.pl;
- 5) po zrealizowaniu dostaw Wykonawca wystawi protokół instalacyjny, protokół szkolenia oraz protokół przekazania urządzenia, a następnie dostarczy do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Koszykowa 78;
- 6) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą i dostarczy do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 lub na adres mailowy faktury@wckik.pl;
- 7) nazwa urządzenia na protokołach oraz na fakturze musi być zgodna z umową;
- 8) Odbiorcy przedmiotu zamówienia zostali wymienieni w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3 Cena

1. Wartość umowy, zwana dalej „wynagrodzeniem”, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą wynosi:

Część 1

netto: zł (słownie złotych:)

podatek VAT: zł (słownie złotych:)

brutto : zł (słownie złotych:)

Część 2

netto: zł (słownie złotych:)

podatek VAT: zł (słownie złotych:)

brutto : zł (słownie złotych:)

2. Wynagrodzenie płacone będzie za dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty:
 - 1) transportu do miejsca przeznaczenia (wraz z opakowaniem transportowym np. palety);
 - 2) wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczenia wskazanego przez pracownika WCKiK;
 - 3) instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy;
 - 4) ubezpieczenia;
 - 5) opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa celnego, koszty załadunku i rozładunku);
 - 6) należności celnych;
 - 7) podatku VAT;
 - 8) przeglądów, wymaganych konserwacji, napraw oraz części zamiennych w okresie gwarancji.
4. Termin płatności strony ustaliły na 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego.
5. Należność będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest **czynnym/zwolnionym** podatnikiem podatku od towarów i usług (*umowa zostanie dostosowana do złożonego oświadczenia*), co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący **załącznik nr 2** do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku

informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych z tego powodu na Zamawiającego przez administrację podatkową.

§ 4 Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
 - 1) odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
 - 2) odstąpienia od umowy w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy w części przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym - w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy;
 - 3) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 lub terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4) nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 5) przekroczenia każdego z terminów, o których mowa w § 8 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni kalendarzowych od dostarczenia dokumentu obciążającego karami umownymi drugiej Stronie /nota obciążeniowa/.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.

§ 5 Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części albo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności, jeżeli:
 - 1) bez uzasadnionych przyczyn nie dostarczył przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie, o którym mowa § 2 ust. 2 pkt 1;
 - 2) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie umowy;
 - 3) zaprzestał prowadzenia działalności;

- 4) utracił uprawnienia do prowadzenia działalności;
 - 5) powierzył wykonanie przedmiotu umowy w zakresie nieprzewidzianym przez Zamawiającego osobom trzecim;
 - 6) nie realizuje umowy w sposób należyty mimo upływu min. 3 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do należytego jej wykonania;
 - 7) łączna wartość nałożonych kar umownych przekroczyła wartość, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 5. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507),
 - 2) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507),
 - 3) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm) wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
 6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za przedmioty już prawidłowo dostarczone Zamawiającemu.

§ 6 Wady ilościowe i jakościowe

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym Wykonawcę. Zawiadomienie nastąpi w formie pisemnej (reklamacja).
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili jej zgłoszenia.
3. Niezajęcie pisemnego stanowiska przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za uwzględnienie reklamacji w całości.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w tym również w trybie ust. 3, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad w terminie 48 godzin w dni robocze od jej uwzględnienia lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
 - a) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, w tym uszkodzonego,
 - b) dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową (zamówieniem i specyfikacją),
 - c) dostarczenia przedmiotu umowy w uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
6. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy z opóźnieniem w przypadku, gdy dostawa zrealizowana z uchybieniem terminu będzie dla Zamawiającego bezprzedmiotowa.

§ 7 Zaległości

1. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8 Gwarancja i serwis urządzenia

1. **Wykonawca zapewnia ~~autoryzowany~~ serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski.**
2. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez pracownika WCKiK.
4. Wykonawca dostarcza wraz z przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca udziela miesiące gwarancji na przedmiot umowy.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.
7. W przypadku niewykonania któregokolwiek z bezpłatnych przeglądów, Zamawiający uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną walidację instalacyjną.
9. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze, rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku braku możliwości rozwiązania awarii na odległość od momentu zgłoszenia.

10. Zgłoszenie o awarii odbywać się będzie pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na email:.....
11. Maksymalny czas usunięcia usterki na terenie Polski nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
12. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.
13. Jeżeli liczba awarii, w odniesieniu do urządzenia przekroczy 3 w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na fabrycznie nowe.
14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli:
 - 1) Zamawiający nie udostępni Wykonawcy urządzenia w celu wykonania w terminie przeglądów okresowych zalecanych przez producenta urządzenia przypadających w okresie gwarancji lub
 - 2) Zamawiający zleci naprawę urządzenia podmiotowi trzeciemu.
15. Wykonawca może wymienić, na swój koszt urządzenie na inne, o parametrach nie gorszych niż urządzenie posiadane przez Zamawiającego, wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia przez Wykonawcę ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów (np. koszt naprawy będzie wyższy niż połowa wartości urządzenia).
16. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia lub jego części i podzespołów na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub importem części zamiennych we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału Zamawiającego.

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców
lub

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie umowy w następującym zakresie
.....
.....
zleci podwykonawcy
(nazwa podwykonawcy)
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji umowy będą dokonywane wyłącznie z Wykonawcą.
6. Ograniczenie, zmiana, wyłączenie lub zniesienie odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego w drodze zawartej umowy Wykonawcy z podwykonawcą jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego.

§ 10 Zmiany umowy

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkiem nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na dostawy, promieniowanie lub skażenia;
 - 2) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
 - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
 - b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
 - 3) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
 - 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy.
2. Zakres zmian umowy obejmuje w przypadku, którym mowa w ust. 1 w:
 - 1) pkt 1 – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
 - 2) pkt 2 – zmianę wykonawcy;
 - 3) pkt 3 – zmianę podwykonawcy;
 - 4) pkt 4 – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.

§ 11 Tajemnica

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości dotyczących Zamawiającego, które uzyska podczas realizowania umowy.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§ 13 Prawo właściwe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 14 Osoby odpowiedzialne

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i za realizację umowy jest:
.....
2. Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:
.....

§ 15 Rozstrzygnięcie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy (Arkusz asortymentowo-cenowy)
 - 2) Załącznik nr 2 – wydruk z portalu podatkowego

- 3) Załącznik nr 3 – KRS/CEIDG
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: *(w przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej)*
Egz. nr 1 – ZAMAWIAJĄCY Dział finansowo-księgowy
Egz. nr 2 – WYKONAWCA
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej *(w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej)*.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY