

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**
ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin
tel./fax. (081) 532-89-32, 532-53-18,
NIP: 7122427252, REGON: 431029412
www.rckik.lublin.pl, sekretariat@rckik.lublin.pl

RCKiK.DZ-3321/17/20

Lublin, dnia 04.06.2020 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**DOSTAWA ZESTAWÓW DO POBIERANIA UKKP METODĄ AFEREZY
AUTOMATYCZNEJ, ZESTAWÓW DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ
PLAZMAFEREZY AUTOMATYCZNEJ ORAZ IGIEŁ Z DREMEM DO ZESTAWU
DO PLAZMAFEREZY AUTOMATYCZNEJ**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy części III – Igły z drenem do zestawu plazmaferazy automatycznej
Czy Zamawiający zaakceptuje igły gdzie informacja o warunkach przechowywania znajduje się na kartonie zbiorczym? Takie igły są obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy części III – Igły z drenem do zestawu plazmaferazy automatycznej
Czy Zamawiający zaakceptuje igły z minimalnym terminem ważności od daty dostawy wynoszącym 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z parametru wymaganego nr 12 – „Zestaw jednorazowy walidowany przez producenta separatorów – firmę Haemonetics“ oraz tym samym z rezygnacji z podpunktu parametru wymaganego nr 13 – „indywidualne opakowania zabezpieczające muszą posiadać oznakowanie zawierające informacje o rodzaju pojemnika oraz typie separatora do którego jest przeznaczony“?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie

mgr Grzegorz Fiedorowicz

Specjalista

mgr Piotr Sapala