

Konin, 29.02.2024r.

WSZ-EP-48/23/311/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” (nr sprawy: WSZ-EP-48/2023).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga kompresu włókninowego czy gazowego ? Ponieważ zamawiający pisze "15 szt. kompresów włókninowych" a następnie "kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu" ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 5 poz. 1 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 wymaga kompresów gazowych. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 5 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Pakiet 5, poz. 1: Co Zamawiający ma na myśli pisząc "ułożenie w formie talii kart" ? Czy chodzi o ułożenie jednego kompresu na drugim ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „ułożenie w formie tali kart” rozumie kompresy po 3 szt. (ułożone w stosie), 5 kompletów nachodzące na siebie (ułożone po skosie).

3. Pakiet 5, poz. 1: Co Zamawiający ma na myśli pisząc "kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy" ? Kompres gazowy ma zawsze formę kwadratu, czy zamawiającemu chodzi może o setony?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie chodzi o setony ale o kompres gazowy w formie kwadratu.

4. Pakiet 5, poz. 1: Czy zamawiający dopuści 15 szt. kompresów gazowy 7,5x7,5 cm 12 warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

5. **Pakiet 5, poz. 1:** Czy zamawiający dopuści 15 szt. setonów z gazy 1mx7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

6. **Pakiet 5, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) 1 szt. serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75x90 cm o gramaturze 55 g/m² jako zawinięcie zestawu
- b) 1 szt. pean metalowy 20 cm
- c) 1 szt. serweta podfoliowana 75x90 cm o gramaturze 73g/m² z otworem 6x8cm
- d) 15 szt. kompresów gazowych 17N 12W 7,5x7,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. **Pakiet 5, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) 1 szt. serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75x90 cm o gramaturze 55 g/m² jako zawinięcie zestawu
- b) 1 szt. pean metalowy 20 cm
- c) 1 szt. serweta podfoliowana 75x90 cm o gramaturze 73g/m² z otworem 6x8cm
- d) 15 szt. setonów gazowych 1mx7,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.