

ZP/19-2023/PN

Olecko dnia 2023-08-28

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), pod nazwą: „**Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.**”

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 135 ust. 2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

### Pytanie nr 1

#### **PAKIET NR 1 – DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI REHABILITACJI dot. Aparatu do elektroterapii.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do elektroterapii o poniższych parametrach :

- 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
- wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
- interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
- system procedur terapeutycznych,
- wybór przebiegu z dostępnych procedur terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się w menu.
- dostępne przebiegi prądowe: interferencyjny z wekt. Dipolowym, interferencyjny izopolarny, okres. z. trójk. prąd pulsujący, okres. zm. prostokątny prąd pulsujący, wysokie napięcie, VMS FR, galwaniczny o niskim natężeniu, prądy Träberta, galwaniczny przerywany, jednofazowy trójkątny impuls, galwaniczny, jednofazowy prostokątny impuls, VMS Burst, stymulacja rosyjska, IFC-2p, dynamiczny, mikroprądy, VMS, stymulacja HAN, asymetryczny dwufazowy TENS, IFC-4p, symetryczny dwufazowy TENS
- kolorowe ilustracje wskazujące optymalne rozmieszczenie elektrod
- wbudowane opisy metod terapeutycznych oraz przebiegu fali
- tryb pracy : ciągły
- waga urządzenia (bez wózka) : 2,3kg
- wymiary urządzenia : 25,5x35,5x15cm
- uchwyt do przenoszenia
- możliwość pracy bezprzewodowej (po dokupieniu opcji akumulatora)
- wyposażenie : elektrody węglowe, elektrody samoprzylepne, przewody, opaski do mocowania elektrod, kabel zasilania, dysk zewnętrzny USB, przewodnik szybkiego startu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat o powyższych parametrach.**

### Pytanie nr 2

#### **dot. Aparatu do elektroterapii.**

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat do elektroterapii posiadał zintegrowany wózek producenta oraz możliwość dalszej rozbudowy o moduł podciśnienia ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby aparat do elektroterapii posiadał zintegrowany wózek oraz możliwość do dalszej rozbudowy o moduł podciśnienia.**

### Pytanie nr 3

#### dot. Aparatu do laseroterapii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wysokoenergetyczny o poniższych parametrach :

- dł. fali 1064nm i mocy średniej 8W
- wyposażenie : sterownik, głowica zabiegowa, 2 aplikatory S, M (22 mm i 40 mm) , 2 sztuki okularów, przycisk nożny, wózek
- oprogramowanie posiadające tryb manualny, programy dedykowane odpowiednim rejonom anatomicznym oraz określonym efektom terapeutycznym,
- możliwość samodzielnego instalowania aktualizacji za pośrednictwem portu USB,
- system skanujący
- tryb pracy : ciągły, impulsowy, superpuls, pulsacja harmoniczna
- ekran dotykowy o przekątnej 10, 1 cala
- wymiary sterownika : 342 x 200 x 207mm
- wymiary wózka : 556 x 510 x 910mm
- waga sterownika : 5,4kg
- waga z wózkiem : 36,4kg

**Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści do postępowania laser wysokoenergetyczny o powyższych parametrach.**

### Pytanie nr 4

#### dot. Aparatu do masażu podciśnieniowego.

Czy Zamawiający popełnił omyłkę w nazwie urządzenia ? Parametry techniczne wskazują na aparat do terapii ultradźwiękowej nie masażu podciśnieniowego ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę. Zamawiający wymaga aparatu do masażu podciśnieniowego w związku z powyższym wprowadza zmianę w zakresie parametrów technicznych opisanych w tabeli F.**

### Pytanie nr 5

#### dot. Aparatu do masażu podciśnieniowego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do terapii ultradźwiękowej o poniższych parametrach :

- wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
- kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
- wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
- interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
- system Procedur Terapeutycznych,
- praca w zakresie 1 i 3 MHz,
- tryb pracy ciągły i pulsacyjny (10, 20, 50 i 100%),
- głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm<sup>2</sup> w zestawie, opcjonalnie dostępne głowice o powierzchni 1 cm<sup>2</sup>/2 cm<sup>2</sup>,
- akustyczna bądź wizualna sygnalizacja braku sprzężenia
- waga urządzenia : 2,8kg
- wymiary urządzenia : 34x35,5x15cm
- możliwość rozbudowy o zintegrowany wózek
- możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat do terapii ultradźwiękowej o powyższych parametrach.**

### Pytanie nr 6

#### dot. Aparatu do masażu podciśnieniowego.

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat do terapii ultradźwiękowej posiadał w wyposażeniu zintegrowany wózek jezdny tego samego producenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby aparat do terapii ultradźwiękowej posiadał zintegrowany wózek tego samego producenta**

**Pytanie nr 7**

**dot. Lampy sollux statywowej.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowanie lampę sollux statywową bez możliwości zmiany na lampę stołową ? Lampa posiada wymiary : 74x48x117-176cm i max. pobór mocy :395W.

**Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza lampę statywową bez możliwości zmiany na lampę stołową**

**Pytanie nr 8**

**dot. Przyrządu do ćwiczeń stawu skokowego.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego o wadze: 8 kg i wymiarach :

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego o wadze: 8 kg.**

**Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.09.2023 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2023r. o godzinie 10:15. W związku z powyższym przesunięciu ulegnie termin związania z ofertą do dnia 17.12.2023r.

**W załączeniu:**

- ZMIANA Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.**

**/-/ mgr Katarzyna Mróz**