



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Nasz znak: DEA.ZP-291/8/2021

Łódź, dnia 25 czerwca 2021 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków przez okres 12 miesięcy, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 52 system o poniższych parametrach pod warunkiem zapewnienia glukometrów kompatybilnych z paskami?

Spełnienie normy	ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015
Zasada wykonywania pomiaru	Dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metoda elektrochemiczna
Zakres pomiaru	od 10 do 600 mg/dl
Czas pomiaru	Mniej niż 4 sekundy
Temperatura podczas pracy	od 4°C do 45°C (od 39°F do 113°F)
Wilgotność powietrza podczas pracy	od 10 do 90%
Okres przydatności testów paskowych	18 miesięcy od daty produkcji.
Objętość próbki	0,6 µl
Zakres wartości hematokrytu	od 10 do 65%
Miejsca nakłucia	Opuszcza palca, wewnętrzna część dłoni, przedramię, ramię
Metoda referencyjna	Heksokinaza z deproteinizacją, wyniki konwertowane do wartości dla stężenia w osoczu zgodnie z zaleceniami IFCC
Kodowanie	Nie wymaga kodowania
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
Usuwanie testu paskowego z portu glukometru	Przycisk wyrzutu testu paskowego umieszczony z boku glukometru
Pamięć	Pamięć mieszcząca 720 wyników pomiaru i 30 pomiarów kontrolnych
Automatyczne wyłączenie	Po 90 sekundach, 15 sekund od wyjęcia testu paskowego
Liczba pasków w opakowaniu	100 szt. (2 fiołki po 50 szt.)

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ. Zamawiający wymaga pasków kompatybilnych z glukometrami posiadanymi obecnie na wyposażeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 52 będzie wymagał, aby paski zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 52 będzie wymagał, aby system dawał możliwości badania krwi włośniczkowej, żylniej, tętnicznej i noworodkowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 52 z Pakietu nr 1 do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny oraz jakości.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi
dr n. ekon. Witold Olszewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP