

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W Gorzowie Wlkp.  
ul. Wyszyńskiego 64,  
66-400 Gorzów Wlkp.**

Gorzów Wlkp., dnia 11 sierpnia 2021 r.,

Znak sprawy: WT.2352.44.2021

**Publikacja  
na platformie zakupowej**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Z a m a w a j a c y** : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: **2 komplety - modułowe urządzenia testowe MASKTRONIC Connect 300 (badanie manualne + badanie automatyczne + wysokie ciśnienie)**”, spełniającego następujące wymagania:

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Modułowe urządzenie testowe umożliwiające manualne oraz automatyczne przeprowadzenie badań statycznych: masek, aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych w zakresie niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia.

Obsługa urządzenia poprzez: - panel obsługi PB Touch z graficznym odwzorowaniem funkcji, pokrętkę wyboru menu i wyświetlaczem LCD, klawiaturą foliową.

Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie bazą danych sprzętu ODO oraz wydruk tzw. 'Protokołu kontroli' z możliwością obsługi poprzez komputer PC, Tablet lub Smartfon.

Ultra szybki procesor typ C+ ze zintegrowaną kartą pamięci SD do zapisu danych.

Pakiet umożliwiający szybką identyfikację sprzętu poprzez system kodów kreskowych (czytnik kodów kreskowych 1 szt., wzmacniane kody kreskowe 100 szt.)

Głowa sztywna z opcją doszczelnienia.

Urządzenie winno zawierać układ wysokiego ciśnienia składający się z:

- przyłączy 300 bar umożliwiające podłączenie reduktora aparatu powietrznego,
- przyłączy 300 bar umożliwiające podłączenie zasilania 300 bar,
- instalację ciśnienia 300 bar,
- sensor ciśnienia 300 bar,
- zawór odcinający 300 bar

Układ wysokiego ciśnienia powinien umożliwiać:

- test porównania wskazań manometru 300 bar,
- test pełny układu wysokiego ciśnienia 300 bar w aparacie powietrznym
- test pełny zadziałania sygnału akustycznego.

**Dodatkowe wyposażenie każdego kompletu:**

1)adapter zaślepiający do maski nadciśnieniowej z podłączeniem wtykowym do masek: MSA 3S PS/Ultra Elite PS – 1 szt.

2)adapter zaślepiający do maski nadciśnieniowej z podłączeniem wtykowym do masek: MSA MaXX , Ultra Elite PS MaXX oraz G1 PS MaXX– 1 szt.

3)adapter przyłączeniowy do automatu z podłączeniem wtykowym MSA PS – 1 szt.

4)adapter przyłączeniowy do automatu z podłączeniem wtykowym MSA MaXX – 1 szt.

**Dodatkowe wyposażenie jednego kompletu:**

1) adapter średniego ciśnienia do kontroli aparatów powietrznych MSA-BD Compac AirGo Fix – 1 szt.

**Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia:**

**Termin realizacji zamówienia:** do 8 tygodni od złożenia zamówienia (podpisania umowy)

**Kryteria oraz sposób oceny ofert:** Cena 100%.

**Okres gwarancji:** minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

**Warunki płatności:** przelewem z 21 dniowym okresem płatności od dnia otrzymania faktury.

**Okres związania z ofertą:** 60 dni od dnia złożenia oferty.

**Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Jolanta Marcinkowska, tel. 95 7338 322, Marcin Białowas tel. 95 7338 320

**Miejsce dostawy:** KP PSP w Świebodzinie 1 kpl., KP PSP we Wschowie 1 kpl.

**Koszty dostawy:** wliczone w cenę.

**Szkolenie z obsługi sprzętu:** jeśli jest wymagane koszty szkolenia po stronie dostawcy.

**Sposób przygotowania oferty:**

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej (zakupowej).

Dopuszczalne jest załączenie formularza oferty lub skorzystanie z narzędzi dostępnych na platformie elektronicznej.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **17.08.2021r. godz. 10:00**

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

Zamawiający akceptuje podpisanie dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego a także skan ofert.

**Pouczenie-informacja:** niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

## Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE](#) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 64 36, tel. +48 95 7338304, fax. +48 95 7338305, e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl);
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. jest Pani **Aleksandra Ranos**, kontakt: **inspektor.rodo@straz.gorzow.pl**, telefon **957338318**;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ust. 5 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz inne organy na mocy odrębnych przepisów;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w KW PSP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 8a pkt 4 ustawy Pzp znowelizowanej ustawą z dnia 21 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019r., poz. 730); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Powyższe zapisy dotyczą Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

/ pieczęć Wykonawcy /

**Treść oferty** dotyczy sprawy znak WT.2352.44.2021  
/ wypełnia Wykonawca /

**Nazwa wykonawcy:** .....  
Adres wykonawcy.....  
NIP : ..... Regon: .....  
E-mail: .....  
Nr rachunku bankowego.....  
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto: .....zł.  
Podatek VAT: .....zł.  
Cenę brutto : ..... zł.  
Okres i warunki gwarancji .....  
Termin ważności oferty .....  
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

..... ,dnia.....

/ podpis Wykonawcy