



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/7/2023

Łódź, dnia 11 stycznia 2024 r.

Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla WSRM w Łodzi”

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

czy Zamawiający dopuści:

w poz. 26:

- kaniulę posiadającą plastikowy zatrzask zamiast metalowego?
- kaniulę posiadającą 6 pasków widocznych w RTG?
- kaniulę z portem umieszczonym minimalnie "nie centralnie" nad skrzydełkami?

Rozmiar:

G14 2,1x45, G16 1,7x45, G17 1,5x45, G18 1,3x45 i 1,3x32, G20 1,1x32 i 1,1x25, G22 0,9x25, G24 0,7x19.

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 2

w poz. 29 dopuści igłę 0,30x12mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

w poz. 38 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

w poz. 40 dopuści rozszerzenie do 11ml?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

w poz. 62 skuteczniejszy niż wymagany filtr o wielkości 0,1um?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zadanie nr 1 pozycja nr 54 i nr 55.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycjach nr 54 i nr 55 Zamawiający wymaga

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

zaoferowania automatycznych wkłuc doszpikowych typu BIG przeznaczone do podawania leków drogą doszpikową podczas akcji ratunkowej czy mają to być igły przeznaczone do aspiracji szpiku kostnego? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie .

Do podawania leków drogą doszpikową podczas akcji ratunkowej.

Pytanie 7

Pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane cewniki do podawania tlenu posiadały zintegrowaną z drenem linię do pomiaru CO₂ w wydychanym powietrzu?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 8

Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników do odsysania z otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9

Pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów oddechowych o niskiej przestrzeni martwej, tj. 35ml, oraz wadze 22g?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 10

Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników Foley silikonowych, sterylizowanych tlenkiem etylenu pakowanych w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papier-folia, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane maski tlenowe z workiem posiadały zintegrowaną z drenem tlenowym linię do pomiaru CO₂ w wydychanym powietrzu?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 12

Pozycja 17 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane maski posiadały tak jak dotychczas nadrukowany numer LOT bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwi pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego? W przypadku reklamacji lub incydentu medycznego numer LOT jest warunkiem koniecznym do jego zgłoszenia.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

Pozycja 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek krtaniowych wykonanych w całości z PCV, bez znacznika RTG na całej długości, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 14

Pozycja 19 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów oddechowych o niskiej przestrzeni martwej, tj. 12ml, oraz wadze 15g? Filtry dla dzieci powinny się charakteryzować niską wagą i przestrzenią martwą dopasować do odpowiedniej grupy wiekowej.

Zamawiający wymaga.

Pytanie 15

Pozycja 20 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowego stabilizatora do rurek intubacyjnych?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 16

Pozycja 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek nosowo-gardłowych niesilikonowanych, o gładkiej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie rurki, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 17

Pozycja 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kaniul Neoflon firmy BD ze stałymi skrzydełkami, ale zdejmowanych uchwytem?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 18

Pozycja 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 0,3x12 mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Pozycja 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 1,2x88 mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Pozycja 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod w rozmiarze 50x36 mm oraz 42x36 mm, owalne, spełniających pozostałe wymogi SWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21

Pozycja 43 Prosimy o zweryfikowanie ilości elektrod. Podana ilość wydają się być omyłkowa.

Razem 1 007 500 sztuk z czego 1 000 000 sztuk dla dorosłych i 7 500 sztuk dla dzieci.

Zamawiający modyfikuje z powyższym wskazaniem załącznik nr 1 do SWZ i załącza prawidłowy do odpowiedzi na pytania.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 22

Pozycja 47 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6Fr (2,0 mm do rurek 2.5-4.5), 10Fr (3,3 do rurek 4.0-6.0), 12Fr (4,0 do rurek 5.5 – 6.0), 14Fr (4,7 do rurek 5.5 – 10.0)?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pozycja 53 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu o długości 210 cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Pozycja 57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do drenażowania klatki piersiowej, który zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, strzykawkę o pojemności 60ml, trio igieł 55 mm lub igłę Veressa, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką, szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Pozycja 61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Ram Cannula , nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP, miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 15 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26

Pozycja 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie korek Combi wykonany z polietylenu?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Pozycja 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych filtrów oddechowych bakteryjno- wirusowych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, opakowanie papier-folia. Parametry: opór przepływu 0,6 cm H₂O przy 5 l/min, objętość oddechowa Vt - 30-100 ml, przestrzeń martwa 10 ml?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 28

Pozycja 66 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek wykonanych z PCV? Rurki krtaniowe firmy VBM wykonane są z PCV, nie silikonu.

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 29

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pozycja 70 Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem rozmiar Miller 00-4 Zamawiający ma na myśli dostępność wszystkich rozmiarów, tj. 00 (65 mm), 0 (78 mm), 1 (102 mm), 2 (154 mm), 3 (195 mm), 4 (205 mm) do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 30

Pozycja 71 Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem rozmiar Macintosh 00-5 Zamawiający ma na myśli dostępność wszystkich rozmiarów, tj. 00 (68 mm), 0 (76 mm), 1 (95 mm), 2 (105 mm), 3 (135 mm), 3,5 (145 mm), 4 (155 mm), 5 (175 mm) do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 31

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Pozycja 8 Czy Zamawiający odejdzie od wymogu nazwy producenta na wyrobie?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Pozycja 11 Czy Zamawiający czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztuki?

Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie x 25 sztuk. Zamawiający w zmodyfikowanym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ zmienia jednostkę miary ze szt. na op.

Pytanie 34

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający wymaga wyceny 200 op.

Pytanie 35

Pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wyłącznie w rozmiarze 150cm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 36

Pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści kateter pediatryczny do żyły pępowinowej wyłącznie w rozmiarze CH 4 / 40 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 37

Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające plastikowy zatrask z 6 paskami kontrastującymi z portem przesuniętym względem centralnej osi skrzydełek?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 38

Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści kaniule w poniższych rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
24 x 3/4"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1 1/4 "	1,1 x 32
18 x 1 3/4"	1,3 x 45
17 x 1 3/4"	1,5 x 45
16 x 1 3/4"	1,7 x 45
14 x 1 3/4"	2,0 x 45

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 39

Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą ściętą czteropłaszczyznowo?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40

Pozycja 38-41 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem 10% skali nominalnej?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 41

Pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarach 56x42 oraz 45x22?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 43

Pozycja 45 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 44

Pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 800 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 45

Pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w poniższych rozmiarach:

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

ROZMIAR	ŚREDNICA O.D.
6 Fr	2,0 mm
10 Fr	3,3 mm
10 Fr	3,3 mm
15 Fr	5,0 mm
15 Fr	5,0 mm

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Pozycja 48 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pozycja 48 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z igłą 23G – 1,8mm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 48

Pozycja 63 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem 0,1 um?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 49

Pozycja 68 Czy Zamawiający dopuści osłonki pakowane a`800 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pozycja 72 Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z śladową zawartością ftalanów?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 51

Pozycja 89 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 19mm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 52

Pozycja 91 Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 19mm lub 24mm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 53

Pozycja 91 Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 45cm?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 54

Pakiet 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1,5-8?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 55

Pakiet 1 poz 5 czy zamawiający oczekuje szpatułek sterylnych czy niesterylnych?

Zamawiający oczekuje szpatułek niesterylnych.

Pytanie 56

Pakiet 1 poz. 8 czy zamawiający dopuści worek z nazwą producenta umieszczoną na każdym opakowaniu indywidualnym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 11-14?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 58

Pakiet 1 poz 11 czy zamawiający oczekuje wycena za szt czyli 1 pasek stazy czy jednostką miary jest rolka a 25 staz?

Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'25 sztuk.

Pytanie 59

Pakiet 1 poz. 13 czy zamawiający czy zamawiający dopuści maski do nebulizacji dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 60

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 28?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 61

Pakiet 1 poz. 28 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 42?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 63

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 44?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 64

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 50-51?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 65

Pakiet 1 poz. 50 czy zamawiający dopuści maski dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 66

Pakiet 1 poz. 51 czy zamawiający dopuści maski dla dzieci w rozmiarze M?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 67

Czy zamawiający wyrazi zgodę ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe asortymentu zawartego w tym pakiecie na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 63?

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznikiem do pisma jest Aktualny formularz cenowy po modyfikacji – Załącznik nr 1 do SWZ.

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Dawid Kowalewski

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP