

Lublin, dnia 18.09.2023 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa ciekłego azotu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na ciekły azot.**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

**Dotyczy części nr 2:**

Z uwagi na obowiązujące przepisy przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych/ zbiornikach bezpośrednio do pomieszczeń w budynkach Zamawiającego oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. W nawiązaniu do powyższego oraz następującego sformułowania zawartego w formularzu asortymentowo cenowym w zakresie zadania nr 2: „Dostawa do WOMP CP-L Pracownia Fizjoterapii, ul. Nałęczowska 27 , Lublin, I piętro”. Prosimy o precyzyjne opisanie miejsca dostaw z uwzględnieniem, że ciekły azot jest tankowany z pojazdu dostawczego typu minibus oraz potwierdzenie, że dostawy ciekłego azotu będą realizowane do wyznaczonej, bezpiecznej strefy dostaw znajdującej się na zewnątrz, a kwestia zniesienia i wniesienia zbiornika 30l na ciekły azot oraz pozostaje w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowują zapis w zakresie miejsca dostawy ciekłego azotu w następujący sposób:

„Dostawa do WOMP CP-L Pracownia Fizjoterapii, ul. Nałęczowska 27 , Lublin, I piętro, gabinet nr 202”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Dostarczenie i wniesienie zbiornika 30l na ciekły azot do gabinetu 202, Pracowni Fizjoterapii pozostaje w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy.

Jednocześnie działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział X. SWZ „**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**” otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 21.09.2023 r. do godziny 15<sup>00</sup>** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2023r. o godzinie 15<sup>30</sup>** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Rozdział XI. SWZ „**Termin związania ofertą**” otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.10.2023r.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian