



L.dz. Adm 11/2024/ 4415, 4451/2024

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Dostawę odczynników laboratoryjnych oraz dostawę części zużywalnych i zamiennych wraz z serwisem i przeglądem technicznym – do aparatu AU 480 Beckman Coulter, aparatu hematologicznego SYSMEX XN-350, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li, Cl i aparatu BIO-KSEL CC- 4000 - znak sprawy Adm 11/2024.**

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz cenowy , Zadanie nr 2, pkt 10: Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 4 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 17 i dodanie po wyrażeniu „przyjazd serwisu do zgłaszanej awarii 24 godziny” zwrotu „w dni robocze”	Zamawiający potwierdza, że wskazane 24h w Formularzu cenowym są tożsame z zapisem §1 ust. 17 Projektu umowy „w ciągu 24 godziny (w dni robocze)”
2	Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?	Zamawiający dopuszcza.
3	Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 4 pkt 2): Uprzejmie prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i zastąpienie wyrażenia „aparatu hematologicznego SYSMEX KX -350 (Zadanie 2)” zwrotem „aparatu hematologicznego SYSMEX XN-350 (Zadanie 2)”	Zamawiający informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej - w §1 ust. 4 pkt 2 Projektu umowy winno być : „... aparatu hematologicznego SYSMEX XN-350 (Zadanie 2)...”
4	Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 9 pkt 6): Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z §1 ust. 1 i dodanie wyrażenia „a w przypadku krwi kontrolnej z terminem krótszym niż 2 miesiące w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.	Zamawiający zmienia zapis §1 ust. 9 pkt 6 Projektu umowy: „6) dostarczenia towaru o okresie przydatności krótszym niż 6 miesięcy od dnia dostawy, a w przypadku krwi kontrolnej z terminem krótszym niż 2 miesiące w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”
5	Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „od dnia przesłania przez Zamawiającego” wyrażenia „uzasadnionych”? Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest, aby	Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy. W przypadku, gdy reklamacja w ocenie Wykonawcy będzie niezasadna,



	wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek uznania tylko uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.	przysługuje mu roszczenie na zasadach ogólnych. Jednocześnie Szpital wyjaśnia, że w praktyce w ostatnich latach Wykonawcy nie podważali zasadności złożonych reklamacji.
6	Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 15: Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.	Zamawiający dopuszcza kontakt mailowy: laboratorium@wsp-bilikiewicz.pl .
7	Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy §8 ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie wyrażenia: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy – nie zależy to od jego należytej staranności. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §1 ust. 14.	Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.
8	Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy oraz Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?	TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
9	SWZ Rozdział VI ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby serwis aparatu był wykonywany w czasie nieprzekraczającym 48h?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
10	SWZ Rozdział VI ust. 5.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „o ile dotyczy”? Uzasadnienie: Nie wszystkie materiały zużywalne są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w związku z tym nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych.	TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów zużywalnych, które nie są wyrobami medycznymi, jeżeli ich to nie dotyczy.
11	Formularz ofertowy, załącznik nr 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte, co zapewni przejrzystość formularza ofertowego	TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
12	Czy w związku z brakiem dostępności na rynku kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla parametru klozapina Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na trzech poziomach a kontrolę zewnątrzlaboratoryjną Wykonawca dostarczy w momencie, kiedy będzie dostępna na rynku?	TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
13	Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 70%?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
14	Dotyczy Projektu umowy §1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



	się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.	
15	<p>Dotyczy Projektu umowy</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService?</p> <p>Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.</p>	<p>Analizatory mają zapewnione łącze z dostępem do Internetu.</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na usługę zdalnego dostępu do serwisu, jednak jedynie po akceptacji dostępu przez pracownika Laboratorium.</p>
16	<p>Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 6</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru w terminie do 5 dni roboczych od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego drogą elektroniczną."?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
17	<p>Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 12</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego towaru, dostarczenia towaru o wymaganej jakości, wymiany towaru uszkodzonego w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji."?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
18	<p>Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 13</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: „Jeżeli wskutek dostarczenia przez Wykonawcę niekompatybilnych odczynników do aparatów wymienionych w § 1 ust.1, nastąpi awaria aparatu, wszelkie koszty związane z naprawą i przywróceniem aparatu do sprawnego działania, w tym poniesioną przez Zamawiającego szkodę, ponosi w całości Wykonawca. Koszty związane z przestojem aparatu oraz z pokryciem różnicy kosztów badań w innym laboratorium ponosi w takim wypadku Wykonawca.”?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
19	<p>Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 17</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 48 godzin?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
20	<p>Dotyczy Projektu umowy §6 ust. 1 pkt 1</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy określonego w §1 ust. 6 Umowy w wysokości 1% wartości netto niewykonanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
21	<p>Dotyczy Projektu umowy §6 ust. 1 pkt 2</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy reklamowanego towaru określonego w §1 ust. 12 w wysokości 1% wartości netto niewykonanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
22	<p>Dotyczy Projektu umowy §6 ust. 1 pkt 3</p> <p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przeglądu lub naprawy określonego w §1 ust. 17 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</p>	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



23	Dotyczy Projektu umowy §6 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §3 ust. 1.”?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
----	---	------------------------------------

Wykonała: Anna Żurańska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518