



Grudziądz, dnia 02.10.2023 r.

ZP-2031/23

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/70/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/70/PN/23**), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Zadanie 4

*Poz. 1*

*Prosimy o dopuszczenie ostrzy pasujących do zaproponowanej poniżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko*

### **ODPOWIEDŹ**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

*Poz. 2, 3*

*Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności.*

*Poniżej opis zaproponowanego produktu:*

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45° w lewo, kat 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.*
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.*
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.*
- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh*
- Czas pracy strzygarki: 150 minut*





- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

### **ODPOWIEDŹ**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Poz. 2, 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia poz. 2 i 3 jako jednej pozycji/jednego indeksu w związku z tym, że strzygarka i ładowarka stanowią komplet. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o dokonanie zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym i np. dokonaniu połączenia pozycji 2 i 3 w jedną pozycję.

### **ODPOWIEDŹ**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

