

Łódź, dnia 13.06.2024 r.

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź**

Uczestnicy postępowania - wszyscy -

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POSIADANEJ APARATURY DO WSSE W
ŁODZI:

- Część 1 – Materiały eksploatacyjne do chromatografu gazowego z detektorem masowym GCMS 8860 z 5977B MSD firmy Agilent
- Część 2 - Materiały eksploatacyjne do chromatografu jonowego ICS1100 firmy DIONEX
- Część 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzenia analizatora rtęci MA 3 Solo firmy Nippon.
- Część 4 –Materiały eksploatacyjne do chromatografu gazowego z detektorem masowym typu potrójny kwadrupol Agilent 7890B/1000D firmy Agilent
- Część 5 - Materiały eksploatacyjne do demineralizatora wody Hydrolab HLP5UV rok produkcji 2019
- Część 6 - Materiały eksploatacyjne do urządzenia chromatograf gazowy firmy Scion 456 - GC
- Część 7 - Materiały eksploatacyjne do urządzenia: chromatografu cieczowego LC-MS/MS sprzężonego z detektorem mas typu potrójny kwadrupol firmy SCIEX 5500+
- Część 8: Materiały eksploatacyjne do urządzenia: chromatografu cieczowego HPLC firmy Thermo Fisher Scientific Vanquish™ Core
- Część 9: Materiały eksploatacyjne do urządzenia GCMS DSQ PolarisQ firmy Thermo
- Część 10: Materiały eksploatacyjne do urządzenia GCMS TQ-8050 NX firmy Shimadzu
- Część 11: Materiały eksploatacyjne do urządzenia: chromatografu cieczowego LCMSMS Nexera LCMS-8040/8050 firmy Shimadzu

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Dot. Zadania 7:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej kolumny C18 typu USP L1 o rozmiarze ziarna 2.6um oraz wymiarach 100 x 2.1mm (zgodnie z wytycznymi), natomiast z wielkością porów 85 A (zamiast 100 A)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie kolumny o podanych parametrach i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up. Waldemar Mańkowski
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi