



AG-DŁ-2240/13/02/20

**Otrzymują wszyscy  
uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia do siwz**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Dostawa urządzeń na kierunki techniczne**” sprawy **AG-2240-13-20**.

1. Czy Zamawiający ze względu na ograniczoną konkurencję dopuści możliwość wyłonienia dostawę mikroskopu jako oddzielnego zadania?  
**Odp. Nie, wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.**
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby mikroskop był dostarczony z kontrolerem regulacji oświetlenia?  
**Odp. Tak.**
3. Czy Zamawiający dopuści połączenie mikroskopu z kontrolerem bez konieczności stosowania portu USB?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia mikroskopu z kontrolerem regulacji oświetlenia bez stosowania portu USB.**

Wyjaśnienia zostają dołączone do siwz i stanowią jej integralną część.  
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**(-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS**  
Rektor  
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Piłe