

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/23/20

Sucha Beskidzka, dnia 06.04.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – uzupełnienie I (ZOZ.V.010/DZP/23/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy wzoru umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z §6 ust. 1b do 0,5% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku niewykonania umowy z winy Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1 Pakiet 4 pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 13 – plasterki odblaskowe z hydrożelem i utworzenie nowego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.

Pytanie 2 pakiet 4 pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 14 wapno sodowane i utworzenie nowego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.

Pytanie 3 pakiet 4 pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Wapna sodowanego w postaci białych wałeczków identycznych kształtów o wysokości 3 mm o wysokości absorpcji od 120 do ponad 180 litrów CO₂/1 litr wapna – (absorbpcja jest uzależniona od wielu czynników takich jak ilość i rodzaj prowadzonych operacji, czas ich trwania, ilość i rodzaj stosowanych środków anestetycznych, szybkość ich przepływu), z niską zawartością pyłu, dedykowane w medycynie w obszarze anestezjologii (aparaty do znieczulania), które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania. Wapno pakowane w 5 litrowe kanistry/4,5 kg. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna - wapno zużyte zabarwia się na kolor fioletowy, dzięki indykatorowi - fiolet etylenowy - ten sam, który jest odpowiedzialny za zmianę koloru w wapnie wyspecyfikowanym.


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie pakiet 4 pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 16 - czujnik saturacji Masimo i utworzenie nowego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.

z poważaniem:


mgr DZIEKTY DOKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj, białostockiej
mgr Janusz Bączewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek