

Pruszcz Gdański, 10.03.2022r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, znak sprawy: 1/ZP/2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy umowy §5, pkt. 11: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy pociąga za sobą skalkulowanie już na etapie składania oferty kosztów które pojawią się w następnych dwóch latach. Jest to niezwykle trudne do oszacowania ze względu na dużą ilość zmiennych mających wpływ na koszty w przyszłym okresie. To powoduje, że cena za ambulans wzrasta o kilkadziesiąt tysięcy złotych, które dadzą gwarancję pokrycia tych przyszłych kosztów. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmieni zapis umowy w sposób taki, żeby dotyczy on zabudowy specjalnej.

Pytanie 2:

Dotyczy umowy §5, pkt. 12: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nie ma wpływu na czas reakcji serwisu pojazdu bazowego oraz czas rozpoczęcia naprawy. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmieni zapis umowy w sposób taki, żeby dotyczy on zabudowy specjalnej.

Pytanie 3:

Dotyczy umowy §6, pkt. 3: Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w tym punkcie umowy jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nie ma wpływu na czas reakcji serwisu pojazdu bazowego oraz czas rozpoczęcia naprawy. W związku z tym prosimy o modyfikację tego zapisu w sposób taki, że będzie on dotyczył tylko zabudowy specjalnej

Odpowiedź 3:

Po zmianie wcześniejszych zapisów §6 ust. 3 będzie dotyczył przeglądów zabudowy specjalnej.

Pytanie 4:

W ambulansach o DMC do 3,5 tony ze względu na ich ograniczoną ładowność nie ma możliwości zastosowania dodatkowego ogrzewania wodnego niezależnego od pracy silnika z wykorzystaniem nagrzewnicy wodnej dlatego prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający z uwagi na fakt zagrożenia przeważenia ambulansu ponad DMC 3,5 tony rezygnuje z tego wymogu.

Pytanie 5:

W ambulansach o DMC do 3,5 tony ze względu na ich ograniczoną ładowność nie ma możliwości zastosowania ciężkiej sprężarkowej lodówki do transportu leków, dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lekkiej lodówki termoelektrycznej zamontowanej w zewnętrznym schowku, która może służyć zarówno do transportu leków jak i jako pojemnik reimplantacyjny.

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lodówki termoelektrycznej zamontowanej w schowku zewnętrznym.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.), w związku z wyjaśnieniami SWZ, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

1. W § 2 ust. 19.1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia – 72 miesiące”

2. W § 11 ust 2 i ust. 6 otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2022r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.”

„6. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.04.2022r.”

3. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.03.2022r. o godz. 10.10.”

4. W § 5 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) ust. 11 i ust. 12 otrzymują brzmienie:

„11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych zabudowy specjalnej Ambulansu zgodnie z zaleceniami producenta. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 zawarte będą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym: „robocizna”, materiały eksploatacyjne, koszty wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w szczegółowej instrukcji obsługi, koszty dojazdu lub transportu (koszt przesyłki) urządzenia lub części, z wyjątkiem cen części podlegających wymianie z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego, lub zniszczonych.
12. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) w okresie obowiązywania gwarancji, dokona przeglądów okresowych zabudowy specjalnej w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od chwili pozostawienia do dyspozycji Wykonawcy lub ASO.”

5. W załączniku nr 6 do SWZ - Specyfikacja dostawy

1) w rozdz. VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA skreśla się ust. 4 o treści

„4. Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu wodnego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy poprzez nagrzewnicę wodną.”

2) w rozdz. XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt. 3/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej, otrzymuje treść:

„h) lodówka sprężarkowa przystosowana do transportu leków w temperaturze 4 – 5 °C zgodnie z PN EN 1789, lub lodówka termoelektryczna zamontowana w schowku zewnętrznym”

Załączniki:

Zmieniony załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

Zmieniony załącznik nr 6 – specyfikacja dostawy