



Piekary Śląskie, dn. 25.10.2022 r.

ZP - 14/2022

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni przewodzącej 108 cm², powierzchni całkowitej 165 cm², wymiary: 150 x 108 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o odstąpienie od wymogu: do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych pojedynczo.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 21, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 88 x 74 mm, powierzchnia czynna 33 cm².

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych pojedynczo.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładu o wymiarze 70 cm x 200 cm, wodoodpornego z materiałem chłonnym. Każdy podkład pakowany indywidualnie, opakowanie handlowe 30 szt. ze stosowym przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład był wyrobem medycznym klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) i posiadał kod UDI?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład chłonny przeznaczony do przenoszenia pacjenta miał nośność do 150 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny w postaci utlenionej regenerowanej celulozy o neutralnym pH, w postaci proszku gotowego do bezpośredniego użycia - 1g, 3g: Jałowy, Struktura proszku, Nadaje się do wszystkich rodzajów operacji, Okres przydatności do spożycia 5 lat od produkcji, Szybki efekt hemostatyczny (2 do 4 minut), Pełna resorpcja za pomocą resorpcji enzymatycznej i hydrolizy, Brak reakcji tkankowej i brak nadwrażliwości, Do stosowania na sucho bezpośrednio z opakowania, Neutralna wartość pH: brak dezaktywacji trombiny lub innych leków, Niezależnie udowodnione działanie bakteriobójcze przeciwko MRSA, MRSE, VRE i PRSP, Czas resorpcji 4-6 dni w kontakcie z krwią?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu


mgr Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Izabela Bacik