



Piekary Śląskie, dn. 07.12.2022 r.

ZP - 15/2022

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie 1 – do wzoru umowy – Załącznik nr 5 – §3 ust. 1 (Pakiet nr 2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy do 28 lutego 2023r. Zaistniała sytuacja geopolityczna (wojna w Ukrainie) oraz pandemia koronawirusa skutkują ograniczeniami w dostępności u producentów surowców, komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń, a także problemami w realizacji usług transportowych, co znacznie wydłuża czas dostawy sprzętu z siedziby producenta.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zadanie musi być wykonane i rozliczone w 2022 r.

Pytanie 2 – do wzoru umowy – Załącznik nr 5 – §8 ust. 1, pkt 1.1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2%.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – do wzoru umowy – Załącznik nr 5 – §8 ust. 1, pkt 1.5

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na odstąpienie od kary umownej w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapis § 8 ust. 1, pkt 1.5 otrzymuje brzmienie: „1.5) za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 10 – 14 umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 2 umowy”.

Pytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: Aparat ultrasonograficzny endoskopowy, wzór umowy Par. 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt w pozycji – „Aparat ultrasonograficzny endoskopowy”, był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowanym w 2021 r.?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: Zestaw do diagnostyki zmian obwodowych z wykorzystaniem mini sond USG

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pozycji „Zestaw do diagnostyki zmian obwodowych z wykorzystaniem mini sond USG”, Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch sztuk mini sond z jednym napędem, czy dwóch zestawów na które składają się: dwie mini sondy oraz dwa napędy?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch sztuk mini sond z jednym napędem.

Pytanie nr 6 - dotyczy załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: Stacja robocza do systemu

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w pozycji: „stacja robocza do systemu”; pkt. 13 z jakiego typu materiałami eksploatacyjnymi ma być kompatybilna oferowana drukarka?

Odp.: C13T00S14A (K) 103, C13T00S24A (C) 103, C13T00S34A (M) 103, C13T00S44A (Y) 103.

Pytanie nr 7 – dotyczy SWZ Rozdz. III Pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SWZ zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp tj. w przypadku gdy Wykonawca nie złoży lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający

wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dotyczy SWZ, Formularz ofertowy pkt. 5, Załącznik nr 1B – Pakiet nr 1 – Dział: Wymagania pozostałe Pkt. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np. elementy wyposażenia wózka endoskopowego, elementy wyposażenia ssaka endoskopowego, system do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych, stacja robocza do systemu, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym (Załącznik 1A) dla pozycji zawierających produkty z różną stawką vat tj. 8% i 23%? Dla asortymentu ze stawką vat 23% zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie w zakresie pozycji: „system do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych” i „stacja robocza do systemu”. Zamawiający informuje, iż w formularzu cenowym (Załącznik 1 A) dla pakietu nr 1, w kolumnie nr 6 należy podać zastosowaną stawkę / stawki VAT, natomiast pod tabelą należy wyszczególnić / wskazać sposób obliczenia ceny. Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia.

Pytanie nr 9 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy §8 ust. 1.2)

Czy w §8 ust. 1.2, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na zapis następującej treści:

„w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 5,6 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy licząc za każdy dzień zwłoki od upływu terminów o których mowa w §4 ust. 5,6 do dnia zrealizowania obowiązków lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §10 ust. 2. Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego w terminach określonych w §4 ust. 5, 6;”?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 8 ust. 1.2 otrzymuje brzmienie: „1.2) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 4 ust. 5, 6 w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy licząc za każdy dzień zwłoki od upływu terminów, o których mowa w § 4 ust. 5, 6 do dnia zrealizowania obowiązków lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2. Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego w terminach określonych w §4 ust. 6”.

Pytanie nr 10 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy §8 ust. 1.1)

Czy w §8 ust. 1.2, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1) W przypadku niezrealizowania umowy w terminie określonym w Par. 3 ust. 1 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części umowy za każdy dzień zwłoki

Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 2.

Pytanie nr 11 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na rozpatrzenie wad jakościowych na 2 dni robocze od zareklamowania?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 - Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia aparatu zastępczego.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu


mgr Marcin Baron

MEDYCZNE Sp. z o.o.
KURANT

Gabriela Bacik