

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl  
http://www.spzozwolsztyn.pl  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 23.08.2022 r.

**Wykonawcy**

SPZOZ/DZPiZ/188/2022

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**sukcesywna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie**”, TP/15/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zestaw I**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki do wycierania rąk o wymiarach 30,5x34cm, niezawierającej na opakowaniu etykiety typu TAG, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym o niżej opisanych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

- poz. 1 - 10x30cm
- poz. 2 - 10x20cm
- poz. 3 - 10x10cm
- poz. 4 - 5x7cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm  
1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm  
1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami  
1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019  
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hipoalergicznym, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku z etykietą typu TAG. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



## Zestaw II

Pakiet 2, poz. 1-8,15

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, poz. 11-13

Czy zamawiający wydzieli poz.11-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?

Pakiet 6, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 6, poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 6, poz. 1-2

• Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

• Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

• Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ wg wymagań dla poszczególnych wyrobów medycznych**

• Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt.- opakowanie indywidualne, z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## Zestaw III

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 1,5-3,5cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 1,5-3,5cm, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,0cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,0cm.**

**W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 5,0-9,5cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 5,0-9,5cm. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

Pakiet 2, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6minut. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

Pakiet 2, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

Pakiet 2, pozycja 21, 23, 26

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

Pakiet 2, pozycja 22, 24, 25

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm z wycięciem Y pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy z wycięciem Y pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności 10-13g/g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym chroniącym przed zawilgoceniem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności min. 12g/g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby arkusze były podzielone na 8 równych części?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chustą bawełnianą. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 6, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane indywidualnie w opakowanie papier-papier oraz zbiorczo a'3 sztuk w opakowanie papier-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 6, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 6, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości  
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości  
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości  
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 9, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 40g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety w otworze o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową z warstwą chłonną do laparoskopii 200/270 300cm, otwór 25 x 30cm z osłonami na kończyny z dodatkowo dołączonymi do zestawu 2 doklejanymi kieszeniami?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 x 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe 24cm +/- 1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wiązanie kompresów po 10 szt. banderolą?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tufery +/- 1cm 17 nitkowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable video 14 x 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego 24CH, dł. 300cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 30 x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 197cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 180kPa i na mokro 172kPa., przy zachowaniu pozostałych wymogów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe: wytrzymałą torbę plastikową ze wstawką tyvek, etykietę z repositionowanymi etykietkami identyfikacyjnymi umieszczoną wewnątrz opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane do transportu w podwójne opakowanie: zewnętrzny karton transportowy oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 x 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90 x 75cm i 150 x 240cm ze wzmocnieniem 25 x 60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 180 x 180cm o wzmocnieniu 25 x 60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny bez opakowania papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 120 ml przezroczysty?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 30 x 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie wykonane z materiału SM, odporności na przenikanie cieczy 197cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 180kPa i na mokro 172kPa. Przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody złożoną teleskopowo?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 13, pozycja 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie zbiorcze było w formie kartonowego podajnika.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnicy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 x 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do cięcia cesarskiego wykonaną z włókniny SMS 200 x 320cm otwór 25 x 30cm wypełniony folią chirurgiczną. Przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści chustę z gazy z nitką RTG 45 x 45cm 4W, 17-nitkową?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tufery +/- 1cm 17 nitkowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki 24 cm +/- 1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę jednostronnie klejoną 10 x 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę jednostronnie klejoną 2 x 22cm typu rzep?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 30 x 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 41,7cmH<sub>2</sub>O oraz odporność na rozerwanie na sucho 205,6kPa i na mokro 199,4kPa. Przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o poniższych parametrach:



- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową 150 x 240cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii 2-warstwową 230 x 320cm z otworem o średnicy 7cm i wbudowanym workiem na płyny z otworem o średnicy 7cm, przylepny uchwyt Velcro dołączony osobno w zestawie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable video 14 x 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne 30x 60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard L bez opakowania w papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 120cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 110kPa i na mokro 100kPa. Przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 17, pozycja 2, 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny posiadający warstwę spodnią wykonaną z niebieskiej folii PE (8g) bez nadruku?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 789ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** tufery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. **W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.**

Pakiet 20, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> o poniższych parametrach:

- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowe zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha
- szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania
- odporność na przenikanie cieczy >20 cm H<sub>2</sub>O
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N
- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 20, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rozmiarem oznaczonym tylko literowo?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na przedmamienu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup> o poniższych parametrach:

- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowe zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha
- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>
- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm
- odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H<sub>2</sub>O
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej
- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **ZESTAW IV**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a`2szt?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm otwór o średnicy 5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm otwór w rozmiarze 5 x 6 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm / otwór o średnicy 5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm , otwór 6 x 8 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych :

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Naniesione oznaczenie kierunku rozkładania
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m<sup>2</sup> laminatu podstawowego
- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### **Skład**

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm
- 1 serweta 100 x 100cm
- 1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny :

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego :

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego T z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> i 83g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka?

- 1 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm
- 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm
- 1 kocyk flanelowy 160 x 80cm
- 1 czapeczka bawełnina dla noworodka

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## ZESTAW V

### Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania obłożenia o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 (+/-0,5) g/m<sup>2</sup>, z taśmą mocującą w serwecie operacyjnej pokrytą klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 (+/-0,5) g/m<sup>2</sup>, z taśmą mocującą w serwecie operacyjnej pokrytą klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

### Pakiet nr 20 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów o odporności na przenikanie cieczy 37 cm H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów o odporności na przenikanie cieczy 37 cm H<sub>2</sub>O. pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

## ZESTAW VI

### Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

## ZESTAW VII

### Dot. asortymentu:

1. **Pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wymaga aby chusteczki były pakowane w dyspenser a'50 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza chusteczki pakowane w dyspenser a'50 szt. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

2. **Pakiet nr 2 poz. 15:** czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu 200 mb z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. **Pakiet nr 2 poz. 16-18:** czy Zamawiający wymaga aby opaska gipsowa była nawinięta na perforowany tubus? Brak perforacji utrudnia prawidłowe rozprowadzanie wody od wnętrza opaski gdy czas namaczania trwa ok. 5 sekund.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawiniętą na perforowany tubus. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

4. **Pakiet nr 2 poz. 30:** czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? Papierowe opakowanie nie zapewnia takiej ochrony przez co chłonność ligniny może ulec pogorszeniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

**Pakiet nr 2 poz. 31:** Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

5. **Pakiet nr 2 poz. 31:** czy Zamawiający dopuści watę higieniczną bawełniano wiskozową?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. **Pakiet 6:** czy Zamawiający wymaga na wezwanie raportu walidacji procesów sterylizacji wydanych przez producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga w/w raportu.

7. **Pakiet 7:** czy Zamawiający wymaga na wezwanie raportu walidacji procesów sterylizacji wydanych przez producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga w/w raportu.

8. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 serwetki do rąk 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 1 serweta dwuwarstwowa podfoliowana o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> samoprzylepna 90 cm x 75 cm, 1 serweta ginekologiczna 200 cm x 275 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 56 g/m<sup>2</sup>). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Zestawy pakowane w torebkę papiero-foliową ;do transportu podwójnie pakowany ( 1 karton wew. + 1 karton zew.)

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści setony jałowe 4-warstwowe? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający w Pakiecie 19 wykreśla poz. 3. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Dot. umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 1 pkt b) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 13 ust. 1 pkt b) wzoru umowy?

**Odpowiedź:** Zapis § 13 ust. 1 pkt b) wzoru umowy o treści : „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki...”, dotyczy realizacji częściowych dostaw ( zamówień), w związku z powyższym **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 5 wzoru umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu dostaw, natomiast zgodnie z § 13 tylko rażące naruszenie warunków umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **ZESTAW VIII**

##### **Przedmiot zamówienia**

##### **Pakiet nr 1**

**Pozycja 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę celulozową do osuszania rąk w rozmiarze 30 x 33 cm, pakowaną po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj. 5 000 opakowań po 2 sztuki?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

##### **Pakiet nr 2**

**Pozycje 1-5** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękaw opatrunkowy o długości w stanie swobodnym 12m o szerokości i przeznaczeniu odpowiednio:

Pozycja 1 – szerokość 3 cm – dorośli: dłoń, ręka, dzieci: głowa

Pozycja 2 - szerokość 2 cm – dorośli: palce, dzieci: dłoń, ręka, noga, stopa

Pozycja 3 - szerokość 5 cm – dorośli: noga, stopa, dzieci: tułów

Pozycja 4 - szerokość 6,5 cm – dorośli: głowa, dzieci: tułów

Pozycja 5 - szerokość 8,5 cm – dorośli: tułów

– pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie** rękawa opatrunkowego o długości w stanie swobodnym 12m o szerokości i przeznaczeniu odpowiednio:

Pozycja 1 – szerokość 3 cm – dorośli: dłoń, ręka, dzieci: głowa

Pozycja 2 - szerokość 2 cm – dorośli: palce, dzieci: dłoń, ręka, noga, stopa

Pozycja 3 - szerokość 5 cm – dorośli: noga, stopa, dzieci: tułów

Pozycja 4 - szerokość 6,5 cm – dorośli: głowa, dzieci: tułów

Pozycja 5 - szerokość 8,5 cm – dorośli: tułów

[W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 2**

**Pozycja 27** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plaster z tkaniny w rozmiarze 6 cm x 1 m - pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 2**

**Pozycje 28-29** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plaster z włókniny o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj.: pozycja 28 – 30 sztuk, pozycja 29 – 28 sztuk - pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 2**

**Pozycja 30** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w arkuszach 37 x 57 cm, produkt będący wyrobem higienicznym, tym samym obowiązuje je stawka Vat 23%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 3**

**Pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaskę w rozmiarze 4cm x 4m – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 6**

**Pozycja 3-5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych indywidualnie w opakowanie papier-folia, a następnie w torebkę powlekaną – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów pakowanych indywidualnie w opakowanie papier-folia, a następnie w torebkę powlekaną – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

[W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 6**

**Pozycja 3-5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 6**

**Pozycja 8.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 250 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów z gazy w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 250 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 7**



**Pozycja 1 - 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet 4 warstwowych – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 7**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety sterylizowanej tlenkiem etylenu – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pakiet nr 9**

**Pozycja 6.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety 2 warstwowa z łąką chłonną o gramaturze min.110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia w pozostałej min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaferowania serwety 2 warstwowej z łąką chłonną o gramaturze min.110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia w pozostałej min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodnie z SWZ. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 11**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestaw o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 (zintegrowana z osłonami na kończyny dolne)

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod poślądki 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup> oraz min. 110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia - pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 (zintegrowana z osłonami na kończyny dolne)

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod poślądki 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup> oraz min. 110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia - pozostałe parametry zgodnie z SWZ

[W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 15**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestaw, w którego składzie

serweta do cięcia cesarskiego jest w rozmiarze 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach) - wbudowany worek na płyny 360 stopni - wbudowany uchwyt Velcro - bez legginsów - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaferowania zestaw, w którego składzie: serweta do cięcia cesarskiego jest w rozmiarze 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach) - wbudowany worek na płyny 360 stopni - wbudowany uchwyt Velcro - bez legginsów - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ

[W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 15**



**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie serweta na stół narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm, uchwyty Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm wbudowane zostały w serwetę główną oraz znajdują się 2 sztuki ręczników celulozowych 30 x 33 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie jest serweta na stół narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm, uchwyty Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm wbudowane zostały w serwetę główną oraz znajdują się 2 sztuki ręczników celulozowych 30 x 33 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.](#)

#### **Pakiet nr 15**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie dodatkowo znajdują się kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 10 sztuk - pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie dodatkowo znajdują się kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 10 sztuk - pozostałe parametry zgodnie z SWZ

[W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

#### **Pakiet nr 21**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający odstąpi od wymogu parametru odporności na alkohol, oktenidynę i jod, w rozmiarze 10 x 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **ZESTAW IX**

##### **Pakiet 17, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z możliwością utrzymania do 5 dni. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** opatrunek z możliwością utrzymania do 5 dni [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

##### **Pakiet 17, poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** opatrunek pod warunkiem spełnienia wykonania w technologii Hydrofiber. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

##### **Pakiet 17, poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** opatrunek nowszej generacji biofilm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

##### **Pakiet 16, Poz.2.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w postaci:

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m<sup>2</sup>), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w zestawu. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

### **Poz.3.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w postaci:

Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu:

1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przyklepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepyłącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H<sub>2</sub>O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody.

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm +/- 1cm .

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-1x serweta na stolik Mayo ( dopuszcza się pakowana oddzielnie) Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji; Zestaw = 1 op.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w zestawu W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja**

### **Poz.4.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w postaci:

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270<sup>0</sup> min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65 +/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą

komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m<sup>2</sup>), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

### **Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do wycierania rąk w rozmiarze 40x40 cm pakowanych po 2 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pakiet 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. [W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja](#)

### **Pakiet 20 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny L – 120 cm . Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pakiet 20 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Rozmiar XXL – 150 cm . Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pakiet 20 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m<sup>2</sup>. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankieta 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o rozmiarze 39x30 . Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XXL – 150 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

***Z wyrazami szacunku***  
***Karol Mońko***

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

*Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP*