



Legenda:

- Termina z wężowaniem Lekarski 1LCD
montaż pit (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.
- Lampka NODE 4 kolory + buzeck montaż pit (puszka n160) lub n/t.
- Przyceśk przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, n=1,2-1,5m.
- Przyceśk kasujący/odwoławczy BUS, n=1,2-1,5m.
- Przyceśk podciągany BUS, n=2,2m.
- Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
- BUS - magistrała korytarzowa: UTP-H kategoria 24AWG
- RBUS magistrała salowa typu: UTP-H kategoria 24AWG
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm²