

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa stołu neurochirurgicznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający Powiat Nowosolski, informuje iż w w/w postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

**Promed S.A.**  
**ul. Działkowa 56**  
**02-234 Warszawa**

za cenę brutto w wysokości: **158 760,00 zł**

**łącznie liczba punktów uzyskana w kryteriach oceny ofert: 100 pkt, w tym: cena – 80,00 pkt, jakość – parametry techniczne – 20,00 pkt.**

**Uzasadnienie:**

Wykonawca i jego oferta spełnia wymogi formalne. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans oceny na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, a tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia publicznego.

**ZŁOŻONE OFERTY I PRYZNANA PUNKTACJA:**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Liczba przyznanych punktów w kryterium Cena (C) - pkt	Liczba przyznanych punktów w kryterium Jakość – parametry techniczne (J) - pkt	łącznie liczba punktów oferty ocenianej P=C+J (pkt)
1	Promed S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	80,00	20,00	100,00

1. w kryterium cena (C):

$$C = (158\ 760,00 : 158\ 760,00) \times 100 \text{ pkt} \times 80 \% = 80,00$$

2. w kryterium Jakość – parametry techniczne (J):

$$J = (25 \text{ pkt} : 25 \text{ pkt}) \times 100 \times 20 \% = 20 \% = 20,00$$

Numer pozycji	Nazwa opis pozycji	Wartości wymagane	Wykonawca: Promed S.A. - liczba pkt z danej pozycji
2.3	Kolumna wyposażona w mini wózek lub koła do przesuwania całego stołu w obrębie Sali operacyjnej	TAK/NIE Opisać Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt	Tak – 5 pkt
2.7	Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 250 kg	Tak, podać 250-299- 0 pkt 300-349- 2 pkt	453 kg – 5 pkt

		350 i więcej – 5 pkt	
3	System oprogramowania pozwalający na automatyczne rozpoznanie (bez naciskania żadnego przycisku) orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów i wywołania jej z poziomu pilota bezprzewodowego	TAK/NIE Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt	Tak – 5 pkt
9	tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą	TAK/NIE Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt	Tak – 5 pkt
11.9	Dopuszczalne obciążenie blatu min. 250 kg	TAK, podać 250-299 – 0 pkt 300-349 - 2 pkt 350 i więcej- 5 pkt	360 kg – 5 pkt
łącznie suma przyznanych punktów			<b>25 pkt</b>

Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożenie oferty.

**STAROSTA**  
  
**Iwona Brzozowska**

.....  
 (podpis Zamawiającego)

Miejsce publikacji: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol) (ID 512148)

