

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

### **Dot. Zapytania ofertowego 2/MCSM/OPZ/2021**

W dniu 14.10.2021 od jednego Wykonawcy wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej.

#### **1. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml**

#### **2. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4**

#### **3. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5**

#### **4. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

**Odp. Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml**

#### **5. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

**Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0**

#### **6. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

**Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1**

#### **7. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic (jedna do każdego rozmiaru)?

**Odp. Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic po jednej sztuce każdego rozmiaru**

#### **8. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 13 sztuk rurek intubacyjnych?

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

**Odp. Zamawiający wymaga po 13 sztuk rurek intubacyjnych każdego rozmiaru wymienionego w OPZ**

**9. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

**Odp. Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych**

**10. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 12 sztuk rurek nosowo-gardłowych?

**Odp. Tak**

**11. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 6 sztuk masek I-GEL?

**Odp. Zamawiający wymaga w sumie 6 sztuk masek I-GEL w dwóch rozmiarach 3 oraz 4**

**12. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności**

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiego rozmiaru wymaga dla rurki krtaniowej LTS?

**Odp. Zamawiający wymaga rurek LTS w rozmiarach**

**nr 1 noworodek 5-12 kg - kolor biały**

**nr 2 dzieci 12-25 kg - kolor zielony**

**nr 2.5 dzieci 125-150cm - kolor pomarańczowy**

**nr 3 dorośli <155 cm - kolor żółty**

**nr 4 dorośli 155-180 cm - kolor czerwony**

**nr 5 dorośli >180 cm - kolor fioletowy**

**13. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**14. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4**

**15. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5+?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

**16. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający wymaga 11 sztuk prowadnic (jedna do każdego rozmiaru)?

**Odp. Zamawiający wymaga 11 sztuk prowadnic po jednym w każdym rozmiarze**

**17. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający wymaga 130 sztuk rurek intubacyjnych?

**Odp. Zamawiający wymaga 13 szt. rurek intubacyjnych**

**18. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

**Odp. Tak dopuści**

**19. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

**Odp. Tak**

**20. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

**Odp. Tak**

**21. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

**Odp. Tak**

**22. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji?

**Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzestawów składających się z:**

**1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;**

**1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;**

**z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;**

**1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm**

**1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm**

**1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm**

**1 kleszczyki do tupferów, 24 cm**

**1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml**

**10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe**

**1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

**2 obłożenia, 75 x 90 cm**

**10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)**

**rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt**

**ostrze nr 11, 1 szt**

**worek na odpady, 240x240, 1 szt.**

### **23. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

1 x igłotrzymacz 12 cm;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

**Odp. Tak dopuszcza**

### **24. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Igłę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściową, 10 ml, LN, Ttran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, węzyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepurowana M, wywinięta, 2 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.

**Odp. Tak dopuszcza**

### **25. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek Bermana?

**Odp. Nie, zamawiający wymaga sprzętu opisanego w OPZ**

### **26. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

**Odp. Tak**

**27. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający wymaga 3 sztuk kleszczyków Magilla?

**Odp. Tak**

**28. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

**Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru**

**29. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS**

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

**Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. resuscytatorów jedna dla dorosłych jedna dziecięcy**

**30. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji ran?

**Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzastawu składających się z :**

**1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;**

**1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;**

**z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;**

**1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm**

**1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm**

**1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm**

**1 kleszczyki do tupferów, 24 cm**

**1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml**

**10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe**

**1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm**

**2 obłożenia, 75 x 90 cm**

**10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)**

**rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt**

**ostrze nr 11, 1 szt**

**worek na odpady, 240x240, 1 szt.**

**31. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

- 1 x igłotrzymacz 12 cm;
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm?

**Odp. Tak**

### **32. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Iglę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściowa, 10 ml, LN, Ttran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, wężyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepodrowana M, wywinięta, 2 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.

**Odp. Tak**

### **33. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek Bermanna?

**Odp. Nie zamawiający wymaga sprzętu opisanego w OPZ**

### **34. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

**Odp. Tak**

### **35. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający wymaga 3 sztuk kleszczyków Magilla?

**Odp. Tak**

### **36. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

**Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

**37. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS**

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

**Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. resuscytatorów jedną dla dorosłych jedną dziecięcą**

**38. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

**Odp. Tak**

**39. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4**

**40. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5?

**Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5**

**41. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic (jedna do każdego rozmiaru)?

**Odp. Zamawiający wymaga 11 sztuk przewodnic po jednym w każdym rozmiarze**

**42. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 13 sztuk rurek intubacyjnych?

**Odp. Zamawiający wymaga po 13 sztuk rurek intubacyjnych każdego rozmiaru wymienionego w SWIZ**

**43. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

**Odp. Tak**

**44. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

**Odp. Tak**

**45. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

**Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

#### **46. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

**Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1**

#### **47. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji ran?

**Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzastawu składających się z:**

**1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm**

**1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;**

**z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;**

**1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm**

**1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm**

**1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm**

**1 kleszczyki do tupferów, 24 cm**

**1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml**

**10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe**

**1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm**

**2 obłożenia, 75 x 90 cm**

**10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)**

**rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt**

**ostrze nr 11, 1 szt**

**worek na odpady, 240x240, 1 szt.**

#### **48. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

1 x igłotrzymacz 12 cm;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

**Odp. Tak**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**



Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”  
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

#### **49. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Iglę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys. 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściową, 10 ml, LN, Ttran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, wężyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepudrowana M, wywinięta, 2 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.?

**Odp. Tak**

#### **50. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

**Odp. Tak**

#### **51. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

**Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru**

#### **52. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych**

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

**Odp. Zamawiający wymaga 2 szt resuscytatorów jedna dla dorosłych jedna dziecięcy**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**