

Warszawa, dnia 03.10.2023 r.

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
80-803 Gdańsk ul.
Nowe Ogrody 1-6

Dot. zapytania:
Dzierżawa myjek endoskopowych wraz z pełną opieką serwisową i
dostawą środków chemicznych

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

Pytanie 1 Czy nie zaszła omyłka w tabeli nr 2 – ostatnia kolumna?

Ze względu na fakt, że umowa dzierżawy ma zostać zawarta na okres 3 miesięcy nie ma potrzeby wyliczania wartości za 12 miesięcy. Ponadto zgodnie z opisem w tabeli nr 1 (poz. 1) do ceny brutto należy wpisać całkowitą cenę za 3 miesiące/kwartał.

Czy zatem nagłówek w ostatniej kolumnie powinien brzmieć „Wartość brutto za 6 myjni za 3 m-ce (do wpisania w tab. nr 1)”?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami.

Pytanie 2 - Dot. par. 11 ust. 1a projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 200 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 3 - Dot. par. 11 ust. 1b projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanych kar odpowiednio z 200 zł na 50,00 zł i z 1500 zł na 200 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 4 - Dot. par. 11 ust. 2a projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 200 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 5 - Dot. par. 11 ust. 2b projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 500 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 6 - Dot. par. 11 ust. 2c, 2d, 2e projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 7 - Dot. par. 11 ust. 2f projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1000 zł ?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyposażenie myjni (uzdatniacz wody, rejestrator parametrów) oraz sól zmiękczająca nie były wyrobami medycznymi i tym samym nie posiadały dokumentów dopuszczających typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dokumenty powiadomienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9 - Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 18 - Serwis Myjni

Uwagi na fakt, iż dzierżawa myjni niesie ze sobą dostawy płynów w opakowaniach plastikowych, czy Zamawiający podejmie koszt utylizacji tych opakowań we własnym zakresie?

Są to zwykłe opakowania plastikowe, a Wykonawca nie świadczy usług utylizacyjnych.

Odpowiedź: Utylizacja opakowań po środkach myjących stosowanych w dostarczonych myjniach leży po stronie Zamawiającego.

OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, telefon +48 22 366 00 77, fax +48 22 366 00 49

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 00000 63 126

Zarząd: Kresimir Draskovic, Tomasz Mrzygłód, Andrzej Wojasiewicz; kapitał zakładowy: 26.697.000 zł opłacony

NIP: 522-16-51-738, REGON: 012330343