

Lubań, dnia 06 czerwca 2023 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 4

#### do treści SWZ na „Dostawy leków dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/08/2023

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści paski testowe o poniższych parametrach:

<b>Spełnienie normy</b>	ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015
<b>Zasada wykonywania pomiaru</b>	Dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metoda elektrochemiczna
<b>Zakres pomiaru</b>	od 10 do 600 mg/dl
<b>Czas pomiaru</b>	Mniej niż 4 sekundy
<b>Temperatura podczas pracy</b>	od 4°C do 45°C (od 39°F do 113°F)
<b>Wilgotność powietrza podczas pracy</b>	od 10 do 90%
<b>Okres przydatności testów paskowych</b>	18 miesięcy od daty produkcji.
<b>Objętość próbki</b>	0,6 µl
<b>Zakres wartości hematokrytu</b>	od 10 do 65%
<b>Miejsca nakłucia</b>	Opuszka palca, wewnętrzna część dłoni, przedramię, ramię
<b>Metoda referencyjna</b>	Heksokinaza z deproteinizacją, wyniki konwertowane do wartości dla stężenia w osoczu zgodnie z zaleceniami IFCC
<b>Kodowanie</b>	Nie wymaga kodowania
<b>Wyświetlacz</b>	Wyświetlacz LCD
<b>Usuwanie testu paskowego z portu glukometru</b>	Przycisk wyrzutu testu paskowego umieszczony z boku glukometru
<b>Pamięć</b>	Pamięć mieszcząca 720 wyników pomiaru i 30 pomiarów kontrolnych
<b>Automatyczne wyłączenie</b>	Po 90 sekundach, 15 sekund od wyjęcia testu paskowego
<b>Liczba pasków w opakowaniu</b>	100 szt. (2 fiołki po 50 szt.)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści o ile zaoferowane paski będą kompatybilne z glukometrami, które posiada Zamawiający, tj. glukometry iXell.**

**Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby pobieranie krwi przez zasysanie odbywało się na całej szerokości paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwia pracę personelu w placówce?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga - zaoferowane paski muszą być kompatybilne z glukometrami, które posiada Zamawiający, tj. glukometry iXell.**

**Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy zamawiający będzie wymagał aby termin przydatności testów po otwarciu opakowania był co najmniej do końca okresu przydatności podanego na fiolce?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie ze zamówienia na na „cito” nie dotyczą pasków do glukometrów. Paski go glukometrów nie są wyrobem medycznym ratującym życie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**