



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Sprostowanie z dn. 02.07.2024 r.
Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2329 / 1352 /24

Data: 01.07.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.” Znak sprawy: 2122/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy: SWZ

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania deklaracji zgodności, certyfikatu jednostki notyfikowanej oraz dokumentów dopuszczających do obrotu na rynek polski dotyczy tylko tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Odczynniki, pkt.5

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do kontroli grupy krwi dawców przechowywanych w temperaturze 2-8 °C, których miesięczny zapas wyniesie nie więcej niż 1 opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Odczynniki, pkt.6

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli jakości prowadzonej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii: KRAJOWY PROGRAM ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI LABORATORIÓW IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ (KPZOJLIT), która nie jest kontrolą międzynarodową, a spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Odczynniki, pkt.7

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze z minimum 6 miesięcznym terminem ważności, pod warunkiem, że są pakowane maksymalnie po 50 sztuk, oraz krwinki wzorcowe wraz z kontrolą codzienną minimum 4 tygodnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Odczynniki, pkt.9

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dozownika do diluentu oraz pipet wraz z końcówkami innego producenta niż sprzęt, odczynniki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oferowania dozownika do diluentu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet wraz z końcówkami innego producenta niż sprzęt i odczynniki.

PYTANIE nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Odczynniki, pkt.12

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikaty CE z numerem jednostki notyfikującej (deklaracje zgodności) - wymagane są dla odczynników, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Aparatura dedykowana do mikrometody kolumnowej

Prosimy o odpowiedź, że Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet wraz z końcówkami oraz dozownika do diluentu, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania, w związku z czym nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych i tym samym nie posiadają deklaracji zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, Aparatura dedykowana do mikrometody kolumnowej

Upriejmie prosimy o możliwość zaoferowania aparatury (wirówka, inkubator, automatyczne pipety), która jest aktualnie użytkowana przez Zamawiającego. Aparatura zostanie poddana gruntownemu przeglądowi przez Dział Serwisu Dostawcy. Pozostawienie aktualnego sprzętu w znaczący sposób obniży koszty użytkowania systemu. Ponadto to na Dostawcy spoczywa obowiązek utrzymywania aparatury w sprawności, zatem Zamawiający może mieć pewność, że dzierżawiony sprzęt będzie działał niezawodnie i efektywnie przez cały okres użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dotychczas użytkowana przez Zamawiającego aparatura posiada rok produkcji minimum 2018. Zamawiający informuje, że dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.07.2024 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie zapisu: „Aparatura - rok produkcji minimum 2018, dopuszcza się aparaturę używaną.”

PYTANIE nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”

Upriejmie prosimy o odpowiedź, czy w przypadku braku oznaczenia certyfikatów numerem zamawiający dopuści, aby wpisać datę wydania certyfikatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy w przypadku braku daty ważności certyfikatu CE Zamawiający dopuści, aby wpisać „nie dotyczy” w wierszach pod „data ważności certyfikatu CE”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania kart do potwierdzenia grupy krwi noworodka. Jeśli tak, to prosimy o możliwość modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie wiersza poniżej poz. 1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”

Prosimy o odpowiedź czy podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości oznaczeń uwzględniają ilości na codzienną kontrolę jakości w całym okresie umowy.

Odpowiedź: Tak, ilości oznaczeń uwzględniają ilości na codzienną kontrolę jakości w całym okresie umowy.

PYTANIE nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.”, poz.9

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający wymaga zaoferowania kart do potwierdzenia grupy krwi z antygenem DVI(-) inny klon niż w karcie do oznaczania grupy krwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 4.1 Ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem