



Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr postępowania 22/SMED/2023

Kraków, dnia 11.09.2023r.

Odpowiedzi na pytania

złożone do postępowania pn.:

„Dostawa Sprzętu Medycznego”

Pytanie nr 1: Dot. Respirator transportowy – 2 szt

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności dotyczącej uchwytu do respiratora, wystawionej przez producenta respiratora, potwierdzającej zgodność uchwytu z normą EN 1789, tak by niezależnie od marki/rodzaju ambulansu uchwyt mocujący respirator był zgodny z przytoczoną normą ?

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający wymaga deklaracji na wieszak/uchwyt

Pytanie nr 2: Dot. Respirator transportowy – 2 szt

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony respirator transportowy wyposażony był w nieładowną baterię umożliwiającą pracę jako respirator transportowy ok. 2 lat ?

Odpowiedź nr 2: Nie oczekuje, dopuszcza, jeżeli spełnia wymóg: „Zasilanie baterijne panelu sterowania z czasem pracy baterii min 1 rok – dopuszczone zasilanie jedynie modułu alarmowego”

Pytanie nr 3: Dot. Respirator transportowy – 2 szt

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia dla części nr 3 „Dostawa respiratora transportowego – 2 szt.” z 30 dni od dnia zawarcia umowy do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia dla części 3 postępowania z 30 dni do maksymalnie 50 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji postępowania w następujących plikach:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Ogłoszenie o zamówieniu;

W powyższych plikach zmiany zostały oznaczone kolorem jak również nazwy ich dodany mają człon: „...korekta 11-09-2023”

Odpowiedzi wraz ze zmianami należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający
-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Marek Maślerz