



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:**

Dotyczy: ZO/27/AP. MED/24- Przegląd roczny inkubatorów dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (23 urządzenia) (ID 935105)

1. W przedmiotowym pakiecie znajduje się inkubatory Babyleo TN500, w którym podczas procedury przeglądowej należy skalibrować: czujniki tlenu, wagę, system przyzywania personelu, skontrolować obroty wentylatora oraz prąd pomiarowy czujników O<sub>2</sub> w 50 i 100%. Kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

**Odpowiedź: Tak, wymagamy od Wykonawcy legalnego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia kalibracji.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 1 zadania nr 2. dotyczącego wykonania przeglądów inkubatorów produkcji Dräger?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy podział pakietu na dwa osobne zadania: nr 1 i nr 2.**

3. Czy Zamawiający przez uprawnienia serwisowe konkretnych urządzeń rozumie certyfikaty szkoleń na dany rodzaj aparatów wystawione przez producenta lub jego autoryzowany podmiot? Tylko serwisanci posiadający certyfikaty na dany rodzaj aparatów są w stanie wykonać poprawnie pełną procedurę przeglądową zgodnie z wszystkimi wytycznymi i zmianami w procedurach jakie miały miejsce na przestrzeni lat a były zmieniane przez producenta. Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta na aparatach ratujących życie a znajdujących się w powyższym pakiecie.

**Odpowiedź: Tak, prosimy o przedstawienie takich certyfikatów szkoleń, wydanych przez producenta lub inny autoryzowany podmiot.**