

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pakiet 2- Stół rehabilitacyjny do terapii metodą Bobath – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – 2021.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	Podać – jeśli dotyczy	
II.	PARAMETRY:		
1.	Wymiary +/- 5 cm: dł. min. 200 cm, szer. min. 120 cm	Podać	
2.	wysokość regulowana w zakresie 50-90 cm lub szerszym	Podać	
3.	regulacja elektryczna, sterowana ramą	TAK	
4.	maksymalne obciążenie min. 150 kg	TAK, podać	
5.	kolorystyka poszycia do wyboru, z uwzględnieniem dostępności odcieni szarości/grafitu i czerwieni/burgundu	TAK	
6.	wykonanie z materiałów odpornych na środki do dezynfekcji	TAK	
7.	dopuszczony do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia	TAK	
8.	Gwarancja min. 2 lata	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)