

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pakiet 5 - Krzesło do wykonywania masażu w pozycji siedzącej – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Fabrycznie nowe, rok produkcji – 2021.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	Podać – jeśli dotyczy	
II.	PARAMETRY:		
1.	dopuszczalne obciążenie min. 150 kg	TAK, podać	
2.	wykonanie z materiałów odpornych na środki do dezynfekcji	TAK	
3.	regulowana wysokość siedziska	TAK	
4.	regulowany podglówek	TAK	
5.	regulacja podpórki przedramion	TAK	
6.	przeznaczony do użytku profesjonalnego, dopuszczony do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia	TAK	
7.	Gwarancja min. 2 lata	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)