

Odpowiedź nr 8

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
 „Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01
 z dnia 2024-06-07

W dniu 10.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz. 1 strzykawkę 2 częściowych 2 ml , skala do 2,5 ml?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz. 3 strzykawkę 2 częściowych 10 ml , skala do 11 ml?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz. 6 strzykawkę 50 ml (60ml) do pomp , jednostronna/pojedyncza skala pomiarowa co 1 ml , całkowita długość min. 14,5 cm ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz. 7 strzykawkę 50 ml (60ml) do pomp bursztynowa jednostronna/pojedyncza skala pomiarowa co 1 ml , całkowita długość min. 14,5 cm ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz.8 przyrządu do przetaczania płynów z filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99% oraz wirusów (VFE) min. 99,99% potwierdzone oświadczeniem producenta ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz.9 przyrządu do przetaczania płynów z filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99% oraz wirusów (VFE) min. 99,99% potwierdzone oświadczeniem producenta ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz.13 kaniuli 20G 1,1mmx32mm przepływ 61ml/min ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 poz.16 kaniuli 26G 0,62mmx19mm przepływ 17ml/min ?

Część 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 21 poz. 1 bezigłowy system łączący o szybkości przepływu 312ml/min?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 21 poz. 2 bezigłowy przewód 3 kanałowy 3x6 cm wytrzymały na ciśnienie max 24 bar ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 21 poz. 3 nasadki dezynfekcyjnej do bezigłowych systemów łączących o czasie dezynfekcji 30s?

Odpowiedzi Zamawiającego :

Część 9:

- Nie, Zamawiający nie dopuści.
- Nie, Zamawiający nie dopuści
- Nie, Zamawiający nie dopuści
- Nie, Zamawiający nie dopuści.
- Zamawiający dopuści, jeśli wszystkie inne parametry są zachowane.
- Zamawiający dopuści, jeśli wszystkie inne parametry są zachowane.

- Tak, Zamawiający dopuści.
- Tak, Zamawiający dopuści.

Część 21

- Zamawiający dopuści, jeśli wszystkie inne parametry są zachowane.
- Zamawiający dopuści, jeśli wszystkie inne parametry są zachowane.
- Tak, Zamawiający dopuści.

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-debno> → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.