



Słupsk, dnia 22.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników do wykonania ok. 192 800 oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do wykonania badań koagulologicznych”- nr postępowania 52/TP/2024

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, natomiast preferuje podpisanie umowy w formie pisemnej.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu dla analizatorów pkt 43:

W związku z wymaganiem dostarczenia analizatora wspomagającego - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 12 godzin w dni robocze?

W przypadku awarii głównego analizatora, analizator zastępczy jest po to, aby zapewnić wykonywanie badań do momentu naprawy analizatora głównego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu dla analizatorów pkt 46:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie:

„Możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z inżynierem serwisu w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wole od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy SWZ, załącznika - Część III SWZ– Opis przedmiotu zamówienia, pkt 48:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczanie odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

Uprzejmie prosimy również o odpowiednią modyfikację w Część IIA SWZ, Wzór umowy, §5 ust. 1.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający zmienia termin ważności odczynników na minimum 6 miesięcy od dnia dostawy w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 48 oraz w Części IIA SWZ, Wzór umowy, §5 ust. 1.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SWZ, Część IIA SWZ, Wzór umowy, §3 ust. 7:

Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „z jakichkolwiek przyczyn” zwrotem „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na możliwość dokonania zakupu u innego dostawcy – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy SWZ, Część IIA SWZ, Wzór umowy, §4 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w §4 ust. 2 adres e-mail, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy SWZ, Część IIA SWZ, Wzór umowy, §7 ust. 8:

Uprzejmie prosimy o dodanie po zwrocie „za każde stwierdzone niepoinformowanie” zwrotu „z leżących po stronie Wykonawcy”.

Uprzejmie prosimy również o obniżenie wysokości kary umownej z 5 000,00 zł na 2 500,00 zł.

Zastrzeżenie tak wysokiej kary niezależnej od stopnia naruszenia ma charakter rażąco zawyżony, np. w przypadku drobnego naruszenia nie skutkującego żadną szkodą dla Administratora.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy SWZ, Część IIA SWZ, Wzór umowy, §8 ust. 3 pkt 4):

Wykonawca wskazuje, iż w okresie trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia liczba pracowników, którzy biorą udział w realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty. Zmiana liczby etatów może polegać nie tylko na ich zwiększeniu, ale też na zmniejszeniu.

Prosimy zatem o zastąpienie wyrażenia „wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym” zwrotem „wskazana przez Wykonawcę we wniosku, który będzie poprzedzał zawarcie aneksu”.

Prosimy również o odpowiednią modyfikację w Załącznik nr 1 do SWZ Formularzu ofertowym pkt 2 ppkt 3) i usunięcie zapisu: „Do realizacji przedmiotu zamówienia zapewniam etatów (podać)”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy SWZ, załącznika - Część IIB SWZ – Wzór umowy dzierżawy, §1 ust. 2 pkt 1) oraz §3 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy oferowanych analizatorów do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Prośbę naszą motywujemy tym, iż warunkiem Zamawiającego jest wpięcie analizatorów do sieci LIS, gdzie dostawca oprogramowania (ATD Software) w swojej ofercie wpisuje termin realizacji minimum 30 dni od daty zlecenia. Dodatkowo analizatory sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy, a procedury celne oraz szereg pozostałych formalności dotyczących łańcucha dostaw uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP dokonuje zmiany w treści SWZ, tj. Część IIB SWZ – Wzór umowy dzierżawy, §1 ust. 2 pkt 1) oraz §3 ust. 1 – Zamawiający zmienia termin dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy na „do 30 dni od daty zawarcia umowy”.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający udostępnią dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Pytanie nr 10:

Dotyczy SWZ, Część IIB SWZ, Wzór umowy dzierżawy §3 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. W nagłówku Załącznika nr 4 – wzór protokołu odbioru znajduje się informacja, że Zamawiający dopuszcza podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy.

Pytanie nr 11:

Dotyczy SWZ, Część IIB SWZ, Wzór umowy dzierżawy §3 ust. 11:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czasu przystąpienia do naprawy poprzez dodanie wyrażenia „w dni robocze”.

Prosimy również o odpowiednią modyfikację w Części III SWZ– Opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu dla analizatorów pkt 44.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Formularza asortymentowo-ilościowego, załącznik nr 2 do IDW:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie rzadkich parametrów w ilości 100 testów na rok (AT III, Czynniki VIII, Białko C, wolne białko S, Czynniki von Willebranda Ag i Ac), z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie?

Praktyka taka jest ogólnie stosowana w laboratoriach i pozwala ekonomicznie zarządzać zużyciem odczynników dla tych parametrów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy SWZ, załącznika - Część III SWZ– Opis przedmiotu zamówienia, pkt 36

Czy zamawiający dopuści kontrolę międzynarodową Randox RQ9135/b obejmującą zakresem wszystkie wykonywane parametry, oprócz Czynnika von Willebranda?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 14:

Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: „W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w

uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp.4:

Czy zamawiający wymaga wykonywania analiz z wykorzystaniem min. 4 długości fal?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp. 12:

Czy zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe umożliwiające załadunek do 500 sztuk na pokład jednorazowo?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp. 24:

Czy zamawiający wymaga wewnętrznego wbudowanego czytnika kodów kreskowych zarówno dla odczynników jak i próbek badanych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp. 26:

Czy zamawiający dopuści analizator o wymiarach 775 mm x 895 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp. 27:

Czy ze względu na to, iż analizatory są dedykowane do pracy w systemie dyżurowym zamawiający odstąpi od wymogu automatycznego włączania po określonym czasie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Lp.50:

Czy zamawiający ma na myśli potwierdzony certyfikatem autoryzowany serwis producenta? Pragniemy również zaznaczyć, iż pozytywna odpowiedź na powyższe pytania będzie umożliwiała złożenie oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, co zapewni bardziej konkurencyjne warunki postępowania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Prosimy o rozbiecie ceny przetargu na dotyczącą dostawy odczynników i odrębnie dzierżawy. Podyktowane jest to różnymi stawkami VAT.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy i stawki VAT zostaną wprowadzone do Umowy w oparciu o treść oferty.

Pytanie nr 22:

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy § 3 ust. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż określono w ust. 12, Wyzierzawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni (kalendarzowe) dostarczy Dzierżawcy urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż zaoferowano w ofercie lub pokryje koszt wykonywania badań na zewnątrz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 PZP w zw. z art. 284 ust. 3 PZP** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **27.05.2024 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **27.05.2024 roku** o godz. **10:00**. Zmianie ulega **pkt 18 i 19** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. **Było** 22.06.2024 r., **jest** 25.06.2024 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

