

Konin, 30.01.2019r.

WSZ-EP-67/18/138/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1**Dotyczy: Pakiet nr 8 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1 sztuka**

Czy zamawiający dopuści wirówkę o następujących parametrach:

- 1 komora zabiegowa: możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup z czujnikiem napełnienia
- 2 panel sterowania sterowany za pomocą przycisków
- 3 12 dysz kierunkowych do masażu wodnego, w tym:
 - a 6 dysz na odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 - b 6 dysz na kończyny dolne
- 4 czujnik temperatury wody z termometrem
- 5 automatyczne napełnianie komory zabiegowej
- 6 regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu
- 7 możliwość ustawienia czasu zabiegu
- 8 automatyczne wyłączenie po upływie czasu zabiegu
- 9 na wyposażeniu wanny:
 - a wylewka prysznicowa z wężem
 - b komplet baterii wannowych
 - c schodek przywannowy

| | |
|----------------------------|--------|
| Pojemność zabiegowa [l]: | 75-145 |
| Pojemność do przelewu [l]: | 210 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Liczba dysz: | 12 |
| Czas napełniania/oprózniczenia [min]: | 2/3,5 |
| Pobór mocy [kW]: | 1,5 |
| Zasilanie [V/Hz]: | 230/50 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: | 116,5 x 68 x 94,4 |
| Waga [kg]: | 75 |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: **Pakiet nr 8 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1 sztuka**

1. Czy zamawiający posiada gotowe przyłącze (woda, odpływ, zasilanie)?

Odpowiedź: Tak Zamawiający posiada standardowe przyłącza do podłączenia wanny.

2. Czy zamawiający przygotowuje przyłącze (woda, odpływ, zasilanie) według wytycznych producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy (§1 ust. 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot umowy. Dodatkowo zgodnie z §4 ust. 7 z odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac oraz poprawności działania, a podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Z uwagi na powyższe dostosowanie przyłączy do wytycznych producenta leży po stronie wykonawcy i musi on tą okoliczność uwzględnić przy składaniu oferty.

3. Czy zamawiający będzie wymagał interwencji dostawcy w strukturę budynku?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia, zamontowania i uruchomienia przedmiotu umowy, zatem wykonania wszelkich czynności w zakresie do tego niezbędnym.