

Znak: ZOZ.V.010/DZP/02/20

Sucha Beskidzka dnia 20.03.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy: Pakiet nr 2 część 2 Koagulologia

1. Czy Zamawiający wymaga aparatury z możliwością analizy próbek lipemicznych i żółtaczkowych?

Odp. TAK.

Dotyczy : Pakiet 3 Barkody

2. Czy Zamawiający wymaga wyceny np. w pozycji 3 kodów „6” (zlecenie +5 próbek) w ilości 200000, czyli 1 200 000 szt. pojedynczych kodów?

Odp. TAK.

Dotyczy : Pakiet Nr 5

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by nie wszystkie odczynniki, kontrole pochodziły od jednego producenta ale wszystkie one były w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem?

Odp. Tak, Zamawiający wyrażą zgodę.

4. W związku z tym, że testy do oznaczania w PMR mają być wykonywane równolegle z testami w surowicy za pomocą jednego zestawu odczynnikowego, czy podana ilość oznaczeń na 4 lata w pozycjach 6-11 dotyczy łącznie oznaczeń w surowicy i PMR?

Odp. Tak, łącznie w surowicy i PMR.

Dotyczy Pakiet 6 część I Automatyczny analizator do oznaczenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi włośniczkowej, tętnicznej, żylniej i pępowinowej

5. Czy Zamawiający wymaga kalibracji jedno czy dwupunktowej?

Odp. Zamawiający wymaga kalibracji dwupunktowej.

6. Jakiego rodzaju elektrod wymaga Zamawiający: elektrod obsługowych czy bezobsługowych ?

Odp. Bezobsługowych.

7. Czy przez pojęcie pojemnika z odczynnikami Zamawiający rozumie także pojemnik na odpady?

Odp. TAK.

Dotyczy: Pakiet 6 część II Analizator do jonów Na, K, Ca, Cl, Li

8. Jakiego rodzaju elektrod wymaga Zamawiający: elektrod obsługowych czy bezobsługowych ?

Odp. Obsługowych.

9. Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową transmisją danych (wysyłanie wyników badań do LIS)?

Odp. Tak, dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści analizator z czasem pomiaru 60 sekund?

Odp. Tak, dopuszcza.

11. Pkt. 8. Zamawiający wymaga automatycznej kalibracji co 4 godziny, prosimy o doprecyzowanie rodzaju kalibracji wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wymaga kalibracji minimum dwupunktowej co 4 godziny..

12. Pkt. 17. Czy zamawiający dopuści odczynniki i elektrody innego producenta niż aparat?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 500 wyników badań?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 10 część 2

14. Czy w poz.3 Zamawiający wymaga testu Giardia Lamblia opartego na przeciwciałach poliklonalnych?

Odp. Tak, wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 11 Sprzęt 1x

15. Czy Zamawiający w pozycjach 8-14 wymaga pipet z wymienianymi główkami zmienno- i stałoobjętościowymi, czyli z możliwością dokupienia do pipet zmiennoobjętościowych elementów umożliwiających pobranie określonej stałej objętości cieczy i odwrotnie pipet stałoobjętościowych z możliwością dokupienia do nich elementów umożliwiających pobranie zmiennej objętości cieczy?

Odp. Tak, wymaga.

16. Czy Zamawiający wymaga w pozycjach 8-14 pipet w całości autoklawowalnych bez potrzeby rozkręcania?

Odp. Tak, wymaga.

17. Dotyczy poz. 16. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju i pojemności pipety, którą należy zaoferować.

Odp. Wymagana pipeta 5-50 ul w pełni autoklawowalna (bez potrzeby rozkręcania).

18. Dotyczy pozycji 27. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju wanienki do barwienia preparatów.

Odp. Wymagana wanienka do barwienia min. 10 preparatów, z tworzywa sztucznego (ABS), o stabilności temperaturowej od -20 do 80°C. Wymiary max. 220x220x40 mm.

19. Prosimy o podanie w poz. 39 rozmiarów płytki lub rodzaju wytrząsarki .

Odp. Płytką o wymiarach 8x12,5 cm.

20. Do pipet jakiego typu lub jakiego producenta Zamawiający wymaga końcówek w pozycjach 21, 22, 37 i 38?

Odp. Zamawiający wymaga końcówek do pipet Accumax, Spin- micropipette, HTL.

21. Czy w pozycji 42 i 43 Zamawiający wymaga kapilar z pełnym wyposażeniem ?

Odp. Tak, z pełnym wyposażeniem.

22. Czy w pozycji 42 i 43 Zamawiający wymaga kapilar heparynowych Na czy Li?

Odp. Kapilary z heparyną litową.

Dotyczy: Pakiet nr 12 Bakteriologia

23. Czy Zamawiający dopuści jałowe ezy kalibrowane 10ul pakowane po 20 sztuk?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie szczepy wzorcowe pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.


25. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości dotyczącą krążków antybiotykowych?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.

26. Dotyczy umowy (Zał. nr 3). Czy Zamawiający dopuści aby dostarczane specyfikacje protokołów transmisji danych były w języku angielskim (bez wersji polskojęzycznej)?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


mgr Janusz Baczyński
Kierownik
Zespołu Opini i Zdrawotnej
i Socjalnej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek



