

Ząbki, 9.04.2024r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica>

Dotyczy: postępowania nr DAT.26.14.2024.SM – „Przeglądy techniczne i konserwację oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego znajdującego się w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.”

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów przesłane poprzez Platformę Zakupową do niniejszego zapytania ofertowego, informuję co następuje:

Pytanie:

Pakiet nr 10,20

Prosimy o potwierdzenie, że stosownie do treści pkt 8 projektu umowy, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy. Na czas przeglądu (na życzenie Zamawiającego) zapewniamy urządzenie zastępcze. Koszty transportu pokrywa Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy. Na czas przeglądu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach technicznych odpowiadających tym z urządzeń przekazanych do przeglądu. Koszty transportu pokrywa Wykonawca.

Pytanie:

Pakiet nr 10,20

Prosimy o wyjaśnienie: Stosownie do punktu 12 zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne uprawnienia do wykonywania czynności konserwacyjnych oraz do dokonania pomiaru bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń (o ile dotyczy), ważne w czasie dokonywania przeglądu. Wykonawca gwarantuje, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, użyć tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Użyte zamienniki będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe. Podejmowane przez Wykonawcę czynności, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw.

25^{lat} Mazowsze

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. K. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, tel. (22) 419 72 33
faks (22) 419 70 04, kancelaria@drewnica.pl www.drewnica.pl

KRS 0000349207, NIP 1251556511, REGON 142256270,
kapitał zakładowy – 81 661 000,00 zł
BNP Paribas S.A. 53 1600 1462 1841 6293 3000 0001
Bank Pekao S.A. O/Warszawa, 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga certyfikatu producenta sprzętu będącego przedmiotem zapytania w zakresie Pakietu nr 10 i 20.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 11 Zaproszenia do złożenia oferty:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację do wykonania czynności serwisowych producenta urządzenia, aktualną w czasie dokonywania przeglądu. Dotyczy pakietu nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

Dyrektor
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

Małgorzata Krzyczkowska

Sprawę prowadzi:
Sylwia Michalak
22 419 72 92

Kierownik
Administracyjno-Techniczny

Dorota Ióźwik