



AG 261-4/22

Starogard Gdański, dnia 28.04.2022 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na: *dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 75 sztuk?

Odpowiedź: *Zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu cenowym dot. pakietu nr 4 : „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość szt. kieliszków (jednak nie mniejszą niż 50 szt. i nie większą niż 100 szt.) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość kieliszków w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę w pełnego opakowania.”*

Pytanie nr 2. Pakiet 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x32mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 3. Pakiet 5 poz.4. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 4. Pakiet 5 poz.5. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 5. Pakiet 5 poz.6. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 6. Pakiet 5 poz.7. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1x38mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 7. Pakiet 5 poz.8. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 8. Pakiet 5 poz.11-14. Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*



Pytanie nr 9. Pakiet 5 poz.14. Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: *Zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu cenowym dot. pakietu nr 5:*

„Zamawiający dopuszcza w poz. od 1 do 14 zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość szt. (jednak nie mniejszą niż 50 szt. i nie większą niż 120 szt.) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę.”

Pytanie nr 10. Pakiet 8 poz.1-4. Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 11. Pakiet 8 poz.1-4. Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 12. Pakiet 8 poz.1-4. Czy Zamawiający dopuści kaniule bez uchwytu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 13. Pakiet 5 pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą 0,45x13mm i skalą elementarną 0,05 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 14. Pakiet 6 pozycja 14-15 Czy Zamawiający dopuści prowadnice o rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 15. Pakiet 6 pozycja 18-19. Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe bez zatyczki? Reszta parametrów jak w SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Pytanie nr 16. Pakiet 6 pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków o poniższym opisie:

Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
Okres ważności: 3 lata
Objętość wypełnienia 0.09ml
Wysoki przepływ 350ml/min
Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie jednostkowe: papier-folia
Ilość w opakowaniu : 100 szt.



Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*