

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z rejestratorem temperatury i 2 czujnikami dla potrzeb Apteki Szpitalnej ZZOZ w Wadowicach, znak: 51/RC/ZP/ZZOZ/2018.

1. Zakres temperatury +2 -+ 8°C.
2. Wnętrze z tworzywa w kolorze białym.
3. Pojemność użytkowa (netto): min 360 l.
4. Drzwi ze szkła izolacyjnego.
5. Drzwi zamykane samoczynnie.
6. Dynamiczny układ chłodzenia (obieg powietrza wymuszony wentylatorem).
7. Odszranianie automatyczne.
8. Cyfrowy, zewnętrzny wskaźnik temperatury.
9. Pionowe oświetlenie wewnętrzne LED, włączane osobno.
10. Min. 5 półek.
11. Półki wykonane z ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego.
12. max obciążenie 5 półek do 50 kg.
13. Ergonomiczny uchwyt drążkowy.
14. Zamek.
15. Obustronny montaż drzwi.
16. Gwarancja min. 24 miesiące.

Rejestrator temperatury z 2 czujnikami i aplikacją wraz ze świadectwem wzorcowania w laboratorium z akredytacją.