

Znak: ZOZ.V.010/DZP/57/20

Sucha Beskidzka dnia 30.07.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa ubrań i obłożeń z włókniny i flizeliny – IV postępowanie”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet 1, pozycja 1 – 2** – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, pozycja 3 – 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów operacyjnych o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, pozycja 8-10** – Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 8-10** – Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, pozycja 8-13** – Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na standardowy rzep w okolicy karku?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 67,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 9, 11** – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 68,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 10, 12** – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 69,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 11-13** – Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem prostym zapewniającym swobodę ruchów?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny niesterylny w rozmiarze L, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch zabiegowy z niebieskiej włókniny polipropylenowej z białymi, bawełnianymi mankietami, dostępny w rozmiarze L i XL?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 1, pozycja 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w kolorze zielonym?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 2, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów foliowych z folii o grubości 0,02mm pakowane indywidualne z opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 3, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca z folii o grubości 0,035mm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm  
(osłony górna i dolna zakończone elastyczną gumką)
- 2 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Maski medyczna wiązana na troki / gumki , wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 25g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm<sup>2</sup> , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pakiet 5, pozycja 1** - W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu z badań na zgodność normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań, przeprowadzonych przez jednostkę niezależną posiadającą akredytację na badania na zgodność z tą normą? Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazując typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne.

**Odp.: Zgodnie z siwz rozdział II pkt 2.2.1.**

Z poważaniem;

DYREKTOR  
Zespołu Medyki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

Ilek. Marek Haber

Starszy Inspektor  
ds zamówień publicznych  
mgr Agnieszka Głuchowska-Hajdyla