

Załącznik nr 5.6 do SWZ
na dostawę akcesoriów do oksygenatora, wyposażenie lasera wysokoenergetycznego, kleszczyków zaciskowych, uszczeltek do trokarów, akcesoriów do kruszenia kamieni, taśmy do kinesiotapingu
Szp-241/ZP – 032/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie 6.1– Taśmy do kinesiotapingu - 50 szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji –

	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania	* Wartość oferowana	Punktacja
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Taśma tejp plaster do kinesiotapingu długość: 5m x szerokość: 5cm typu Cure Tape CLAS-SIC lub równoważne	Tak		Bez punktacji

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń