

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
I SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

Znak sprawy: WSzSL/DZ-18/19

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 2

Dotyczy: Pakiet 1 – Łóżko sterowane elektrycznie – 18 szt.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 1.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach leża (pod materac) 198 cm x 86 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę o długości ok. 180 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 840 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka”, nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° i anty-Trendelenburga 14°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL, 4 płyty na całe leże, płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 18


Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 19

Czy (w pkt. 25 oraz w odniesieniu do zapisów w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne tworzywowe, składane obok ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, bariery składane poniżej poziomu materaca, bariery składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego uchwyty / dźwigni dostępnej jedynie dla personelu medycznego (system opuszczania barier bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny); łóżko wyposażone standardowo w bariery boczne dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża (bez konieczności stosowania „dodatkowej bariery”) – jak na zdjęciu poniżej?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka z barierkami tworzywowymi na całej długości leża)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wskazuje, że przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac jednostronny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy zamiast „tworzywowego tabletu nakładanego na barierki” Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę (stolik) mocowaną do szczytu od strony nóg pacjenta, która służy do spożywania posiłków przy łóżku lub karmienia pacjenta, półka (stolik) może być też wykorzystana jako półka na dokumentację medyczną lub podręczne rzeczy pacjenta? Takie rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonej odpowiedzi zmodyfikował treść SIWZ, a niektóre z dokonanych zmian oznaczone zostały kolorem zielonym.

Z poważaniem,

NACZELNA PIELEGNIARKA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
mgr Beata Cudowicz

ok