

Szczecin, dnia 26.07.2022 roku

Sprawa: A.272.4.2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.4.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na „DOSTAWA WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ AKCESORIÓW CHROMATOGRAFICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022”*

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: *(dotyczy: PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI CHEMICZNE, poz.64 Odczynnik VP1 (odczynnik Barrita)*

Proszę o podanie numeru przykładowego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 1: SIGMA-ALDRICH 29333

Pytanie nr 2: *(dotyczy: PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI CHEMICZNE, poz.71 Polimyksyna)*

Polimyksyna jest antybiotykiem czy możemy zaoferować Siarczan polimyksyny B BioChemica firmy - Applichem A0890

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: *(dotyczy: PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI CHEMICZNE, poz.97 i 98)*

Sodu podchloryn jest substancją bardzo niestabilną i wg naszych informacji sodu podchloryn firmy Avantor 806722992- Sodu podchloryn (zaw. chloru akt. min 100 g/l) ma termin ważności ok 4 tyg a firma Chempur chem-528066510 sodu podchloryn r-r ok.15% stabilizowany termin ok 5-6 m-cy. Proszę o wskazanie przykładowego producenta ,który zapewnia 36-m-cy okres ważności dla tego produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Na chwilę obecną dysponujemy jedynie podchlorynem r-r ok 15% z terminem ważności ok. 6 miesięcy. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie podchlorynu z ok. 6 miesięcznym terminem ważności. Odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 4: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 4,5,6,8)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z datą ważności 24 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 5: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 9)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza wzorzec z datą ważności nie krótszą niż 27 miesięcy-odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 6: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 16)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 30)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w 20% kwasie solnym oraz w opakowaniu 500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 8: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 39)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o wartości 0,1 NTU zamiennie do wzorca 0,3 NTU?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 60)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 8 miesięcy oraz 4 miesiące od dnia otwarcia?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 10: *(dotyczy: Pakiet 6, poz. 66)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy od dnia otwarcia?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 11: (dotyczy: Pakiet 4, poz. 2)

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę acetonitrylu z kwasowością na poziomie max. 0.0008 meq/g? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12: (dotyczy: Pakiet 4, poz. 3)

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę metanolu z kwasowością na poziomie max. 0.0003 meq/g? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13: (dotyczy: Pakiet 4, poz. 4)

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę dichlorometanu z kwasowością na poziomie max. 0.0003 meq/g? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 14: (dotyczy: Pakiet 5, poz. 1)

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę kwasu azotowego z zawartością rtęci na poziomie <50ppt? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: (dotyczy: Pakiet 5, poz. 6.)

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę kwasu siarkowego z zawartością Magnezu na poziomie 0,1ppm oraz ołowiu na poziomie 0,05 ppm? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16: (dotyczy: Pakiet 5, poz. 6.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kwasu siarkowego w opakowaniach 2,5l x 2 zamiennie do 1l x 5?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: (dotyczy: *Pakiet 5, poz. 12.*)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kwasu solnego z certyfikatem bez określenia zawartości: Sb, Se oraz Mg? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18: (dotyczy: *SWZ*)

Zamawiający przedstawił jako kryterium oceny ofert termin realizacji zamówienia do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużeniu terminu realizacji dla pakietów: 1, 6, 7, 8 i 9 do 28 dni kalendarzowych? Większość wyspecyfikowanych materiałów odniesienia jest importowana i przechodzi odprawę celną, która aktualnie zajmuje około 14 dni kalendarzowych. Nie jest też możliwe wcześniejsze sprowadzenie wyspecyfikowanych materiałów z uwagi na konieczność dostarczenia do Zamawiającego materiałów pochodzących z bieżących serii produkcyjnych z długimi terminami przydatności.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 19: (dotyczy: *projektu umowy*)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5, pkt 1 a) na:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) W ramach wszystkich pakietów kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”

Uzasadnienie: Z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu. Kary umowne odpowiadające 2% wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru są rażąco wygórowane. Wykonawca dołoży wszelkich starań, żeby realizacja zamówień odbywała się w założonym terminie. W obecnej sytuacji nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, jak będą realizowane dostawy ze względu na wciąż podtrzymana obostrzenia w transporcie IATA (ze względu na pandemię).

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20: (dotyczy *projektu umowy*)

Co Zamawiający rozumie pod zapisami w § 5, pkt 1 b)? W jakich okolicznościach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto zamówionej partii towaru? Czy w sytuacji, w której Wykonawca usunie niezgodności na wezwanie Zamawiającego, kary nie zostaną naliczone?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Dokładnie taki jest zamysł projektowego zapisu.

Pytanie nr 21: *(dotyczy: Pakietu 1, pozycji 8)*

Jedyny wzorzec spełniający wymagania Zamawiającego posiada termin przydatności 6 miesięcy. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał z terminem przydatności 6 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 22: *(dotyczy: Pakietu 1, pozycji 8)*

Czy Zamawiający zaakceptuje materiał w opakowaniu 500 ml zamiast 100 ml? Materiał spełniający wymagania Zamawiającego posiada termin przydatności jedynie 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 1)*

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec bez akredytacji ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 24: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 1)*

Czy Zamawiający zaakceptuje zamiast wyspecyfikowanego nieakredytowanego materiału wzorzec akredytowany zgodnie z ISO 17034 o stężeniu 10 µg/ml w acetonitrylu w opakowaniu o pojemności 1 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 1)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec bez akredytacji ISO 17034 pakowany 2x1ml?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 26: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 9)*

Czy Zamawiający zaakceptuje materiał z terminem przydatności 27 miesięcy? Wyprecyzowany przez Zamawiającego termin ważności wzorca to maksymalny możliwy do uzyskania termin ważności.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 27: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 17)*

Wyprecyzowana przez Zamawiającego mieszanina jest nietrwała (z uwagi na obecność w mieszaninie azotynów). Czy Zamawiający zaakceptuje materiał z terminem przydatności 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 28: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 24)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec wapnia w opakowaniu o pojemności 125 ml i z terminem ważności 18 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 29: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 25)*

Wyprecyzowany przez Zamawiającego zestaw wzorców do kalibracji mętnościomierza nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw wzorców bez akredytacji ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 30: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 29)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec z terminem ważności 24 miesiące?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 31: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 30)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec w opakowaniu o pojemności 500 ml zamiast 250 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 32: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 30)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec z terminem ważności 18 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 33: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 32)*

Wzorzec spełniający wymagania Zamawiającego posiada dla aktualnej serii czystość 99,5%. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał z taką czystością?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 34: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 35)*

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec bez akredytacji ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 35: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 39)*

Wzorzec mętności 0,3 NTU dostępny jest jedynie w opakowaniu o pojemności 100 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 5 sztuk wzorca w opakowaniu 100 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 36: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 39)*

Jedyny dostępny materiał spełniający wymagania Zamawiającego nie jest wyprodukowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec bez akredytacji ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 37: *(dotyczy Pakietu 6, pozycji 43)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec w opakowaniu o pojemności 500 ml zamiast 200 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 60)*

Nie jest dostępna mieszanina wyspecyfikowana przez Zamawiającego z terminem przydatności 24 miesiące. Czy Zamawiający zaakceptuje mieszaninę z terminem przydatności 8 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 39: *(dotyczy: Pakietu 6, pozycji 66)*

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec bizmutu w opakowaniu o pojemności 100 ml zamiast 20 ml i o stężeniu 10 mg/l zamiast 20 mg/l?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40: *(dotyczy: pakiet nr 12, pozycja nr 1)*

W pozycji 1 w pakiecie nr 12 widnieje opis „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym > obecnie na naszym magazynie mamy tylko zamknięcia snapowe w z nacięciem w kształcie płatk śniegu. Czy możliwe jest dopuszczenie przez Państwa tego typu snapów oczywiście pasujących do odpowiednich viaek oranżowym z polem do opisu ?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody.