

**Postępowanie nr: WFA.2710.162.2023.JK****Wrocław, 07 grudnia 2023 r.**

W dniu 06 grudnia 2023 r. do postępowania nr **WFA.2710.162.2023.JK** wpłynęły pytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 12 tygodni od dnia zawarcia umowy?
2. Zgodnie z pkt V ppkt 9 SWZ Zamawiający jest zobowiązany podczas porównania ofert złożonych przez podmioty z państw pozaeuropejskich doliczyć do ceny ofertowej kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Jak Zamawiający zamierza szacować kwotę w przypadku cła, skoro ostateczna wysokość stawki ww. opłaty jest ustalana przez urząd celno-skarbowy dopiero podczas importu towaru? Jest to istotna informacja z uwagi, że 100% kryterium postępowania jest cena brutto.
3. Proszę o wyjaśnienie punktu 11 OPZ tj. „Dodatkowe funkcje - Automatyczne czyszczenie” i „Automatyczna regeneracja sterowania”.
4. W OPZ nie został wyszczególniony stelaż pod komorę - czy Zamawiający go nie wymaga? Podobnie w kwestii czujników do monitorowania stężenia tlenu i wilgoci, czy Zamawiający wymaga wyłącznie kontroli ciśnienia w komorze?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zgodnie z Ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt. 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Jednakże Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (zmieniono zapytanie ofertowe)

Ad. 2

Zamawiający zmienił pkt V ppkt 9 (zmieniono zapytanie ofertowe)

Ad 3.

Automatyczna regeneracja sterowania: Materiały usuwające wodę i tlen można regenerować, a procesem regeneracji steruje program

Automatyczne czyszczenie: Wymiana atmosfery w schowku rękawicowym poprzez automatycznie sterowany zawór czyszczący

Ad. 4

Wymagamy urządzenia pełnego, czyli ze stelażem oraz wszelkimi elementami niezbędnymi do pełnej pracy komory rękawicowej (przewody, rurki, pompy, itp.)

Kontrola ciśnienia w komorze jest funkcją wystarczającą, jednakże możliwość kontroli w komorze wstępnej (mniejszej) jest również mile widziana.