



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1005 / 1766 /24

Data: 14.05.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 1690 / 2024**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnego rozwiązania - szczęki nieprzywierające tkanki bez dodatkowych chemicznych powłók, pozostała wymagania bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 1 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długość narzędzia 23 cm, długość uszczelnienia 20 mm, długość cięcia 18 mm, szczęki zagięte typu Meryland, pozostałe wymagania bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 1 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długość narzędzia 19,3 cm, długość uszczelnienia 17 mm, długość cięcia 15 mm, szczęki zakrzywione z zintegrowanym nożem, aktywowany ręcznie, pozostałe wymagania bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 1 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długość narzędzia 20 cm, długość uszczelnienia 40 mm, długość cięcia 38 mm, szczęki zakrzywione, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym, pozostałe wymagania bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

Z poważaniem

