



AG 261-4/22

Starogard Gdański, dnia 27.04.2022 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na: *dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu 13. Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, worka na zwłoki z 4 uchwytnymi i prostym zamkiem, wykonanego z folii polietylenowej o grubości 0,16mm w kolorze czarnym, o wytrzymałości do 160kg, pakowanego pojedynczo z jednym zestawem rękawic jednorazowych. Zaoferowany worek jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: *W pakiecie nr 13 Zamawiający wymaga : Worek na zwłoki, z zamkiem prostym, z min. 4 wzmocnionymi uchwytnymi, wytrzymałość do min. 160 kg, podwójne dno, kolor czarny 220 cm x 90 cm, o grubości min. 0,15 µm, pakowany pojedynczo + rękawiczki jednorazowe.*