



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 3023/2022/W

Wrocław dn. 08.11.2022 r.

## **Uczestnicy postępowania**

### **Dotyczy postępowania pn.: Dostawa gazów technicznych i specjalnych w butlach oraz ciekłego helu na podstawie umowy ramowej, numer sprawy PO.271.45.2022**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie 1:**

##### **Pytanie nr 1 do zadania nr 1**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada wózek do ściągnięcia wiązek z samochodu dostawczego Wykonawcy czy to po stronie Wykonawcy jest zorganizowanie samochodu z HDS celem posadowienia wiązek butlowych. Poza tym prosimy o informację ile wiązek azotu/argonu/wodoru posiadacie Państwo na stanie w trakcie trwania umowy (czy to jest po jednej wiązce z każdego gazu na stanie czy więcej?).

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie posiada wózka do ściągnięcia wiązek z samochodu dostawczego. Po stronie wykonawcy jest zapewnienie auta z HDS lub wózkiem widłowym. Podczas trwania umowy będziemy posiadać na stanie jednocześnie trzy wiązki (po jednej z każdego gazu).

#### **Pytanie 2:**

##### **Pytanie nr 2 do zadania nr 1**

W pozycji nr 11 wpisany jest podtlenek azotu 5.0 99,999%, prosimy o przedstawienie dopuszczalnych możliwych zanieczyszczeń w tym gazie.

#### **Odpowiedź 2:**

Dopuszczalne zanieczyszczenia w podtlenku azotu 5.0:

- O<sub>2</sub> ≤ 1 ppm,
- N<sub>2</sub> ≤ 5 ppm,
- H<sub>2</sub>O ≤ 1 ppm,
- C<sub>n</sub>H<sub>m</sub> ≤ 1 ppm,
- CO ≤ 1 ppm,
- CO<sub>2</sub> ≤ 1 ppm,

*Sporządziła: A. Światowska*

## **Strona 1 z 1**

