

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego „NA DOSTAWY KOŁDER GRZEWCZYCH , JEDNORAZOWYCH KOCY DO OKRYCIA PACJENTA ORAZ TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH”

znak sprawy: WSzSL/DZ-14/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy części 2 – jednorazowy koc do okrycia pacjenta

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o kreślenie rozmiaru wymaganego koca.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje koca o wymiarach 110cmx110cm (+/- 2,5cm).

Pytanie 2

Część 1 pozycja 3

Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie folii przezroczystej o wymiarach 61cm x 61cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 3

Część 1 pozycja 4

Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołdry o rozmiarze 213cm x 91cm nie posiadającej taśmy lepnej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4

Część 1 pozycja 5

Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołdry która nie posiada otworów odprowadzających płyn? Kołdra na górną część ciała jest stosowana na ciele pacjenta stąd nie ma potrzeby odprowadzania płynów gromadzących się pod pacjentem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5

Część 1 pozycja 5

Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołdry na górną część ciała, która ma zintegrowaną 1 przezroczystą folię do osłony głowy? Tym samym w opakowaniu brak dwóch osobnych folii przezroczystych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6

Część 1 pozycja 6

Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołdry o wymiarach 221cm x 91cm i o wadze 198 g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik