



Braniewo, dnia 12.10.2022

Znak sprawy: PCM/ZP 08/I/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, materiałów szewnych oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): elektrody EKG oraz sprzęt do tracheostomii w podziale na zadania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powleczone ekaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60 – 90 dni, zdolności podtrzymania tkankowego rzędu 65% po 14 dniach oraz 40 % po 21 dniach?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 poz. 5, 6, 7 i 11 nić długości 75 cm w miejsce 70 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 poz. 8 – 10 nić długości 90 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
4. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5, poz. 5 igły zwykłej, okrągłej o długości 26 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 8 igły okrągłej bez katalogowego opisu „pogrubiona”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5, poz. 8 igłę wzmocnioną okrągłą – tnącą, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 10 igły okrągłej bez katalogowego opisu „pogrubiona”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy
8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 5 poz. 11 igły o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE II

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 popełnił omyłkę pisząc w kolumnie jako jednostkę miary szt.? Może Zamawiający miał na myśli opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli opakowania

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 4 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 4 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz](#)

ZAPYTANIE III

Zadanie 8 poz. 3,4,6 i 7

Czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania asortyment opisany w zadaniu 8 w pozycjach 3, 4, 6 i 7 co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty a zamawiającemu na uzyskanie lepszych warunków cenowych ?

[Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 8 poz. 3,4,6,7 i utworzeniu z tych pozycji zadania 8A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego](#)

ZAPYTANIE IV

Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.80%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.20%?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. Zadania 6, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. jaki rodzaj igły i długość igły Zamawiający ma na myśli (T-5)?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. Zadania 6, poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej 26 mm ½ koła?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. Zadania 6, poz. 10,11

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliestrowe, plecione, białe, niewchłaniające się?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE V

Zadania 3

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w roz.65x55mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Poz.1 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy oczekuje 450 szt. czy 450 opakowań a'100?

Odpowiedź Zamawiającego: Oczekuje 450 opakowań a'100 szt

ZAPYTANIE VI

Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 200cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: Ch 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia jamy ustnej, która posiada miękkie włosie, a z drugiej strony szczoteczki znajduje się delikatna gąbka, zdjęcie poglądowe poniżej?



[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

ZAPYTANIE VII

Zadanie 8 poz. 3,4,6 i 7

Czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania asortyment opisany w zadaniu 8 w pozycjach 3, 4, 6 i 7 co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty a zamawiającemu na uzyskanie lepszych warunków cenowych?

[Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 8 poz. 3,4,6,7 i utworzeniu z tych pozycji zadania 8A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego](#)

ZAPYTANIE VIII

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znacznik informujący o sterylności zaoferowanych kompresów?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe o wadze min. 5,10g?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze typu korcang 19cm +/- 1cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 50cm x 60cm z otworem o średnicy 7cm, z rozcięciem bez przylepca?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepić pakowany zbiorczo a'24szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści plaster 2,5cm x 5m z przeliczeniem zamawianej ilości na 19 sztuk?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy do mocowania kaniul pediatryczny z kolorowym nadrukiem w rozmiarze 5,1 x 7,6cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny opatrunek z kolorowym nadrukiem z opatrunkiem w rozmiarze 6x10cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 19-23

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości w stanie relaksacyjnym o długości 10m?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H₂O?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie z przodu fartucha kończące się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha w zależności od rozmiaru?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 31, 32, 49

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6 lub 5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne tylko w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm lub 14x250cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 37, 39, 40

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 41-44

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 1 poz. 41-44 i utworzeniu z tych pozycji zadania 1A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

Zadanie nr 1, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści tuffery z nitką RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 52, 53

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści Osłonę na kończyne w rozmiarze 30x80cm z taśmą lepną 10x50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepkiem na dłuższym boku?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100mb, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,08g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,90g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 0,5g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,02g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,85g?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści kompresy z informacją na opakowaniu o sterylności produktu, bez dodatkowego wskaźnika?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy po rozciągnięciu ok 53cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy


Zadanie nr 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści organizer przewodów w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.



Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furazerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m², posiadający wstawkę antypotną na całym obwodzie. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych wchłaniających, syntetycznych, sterylnych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5, pozycja 5-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 6, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje długości igły 26mm?

Odpowiedź Zamawiającego: dł. 26 mm oczekuje

Zadanie nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje igły 1/2 koła okrągłej?

Odpowiedź Zamawiającego: oczekuje

Zadanie nr 6, pozycja 10,11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek poliestrowych w kolorze zielonym o długości 250cm?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE IX**Zadanie 3, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie gazika do dezynfekcji w rozmiarze 16 x 10 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazika do dezynfekcji w rozmiarze 65 x 30 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE X

Zadanie 1, poz. 17,19-22,36

Czy zamawiający wydzieli poz. 17,19-22,36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 1, poz. 17

Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 1, poz. 19-22

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb w stanie spoczynku bez przeliczania ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 1, poz. 36

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne – 1 szt. – z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 2, poz. 2,7-8, 9-11

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej – dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

zadanie 2, poz. 18

czy zamawiający dopuści beret o średnicy min. 53 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2, poz. 21

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Czy zamawiający dopuści czepki typu beret, niesterylne, wykonane z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2, poz. 1-18,21

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-18,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zmienony został termin składania z dnia 14.10.2022 godz. 11:00 na dzień 17.10.2022 r. godz. 11:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/671179> w dniu 12.10.2022 r.