



Piekary Śląskie, dn. 15.02.2023 r.

ZP - 5/2023

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

1) Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany wykonany z polidoksanonu o długim okresie podtrzymywania: 75% po 14 dniach, 60 % po 4 tygodniach oraz 50% po 6 tygodniach, oraz o czasie wchłaniania 180 – 210 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2) Pakiet nr 5, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 2 i 3 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3) Pakiet nr 4, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 70 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4) Pakiet nr 4, poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie chirurgicznej wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5) Pakiet nr 4, poz. 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie chirurgicznej bez wzmocnienia, ale wykonanej z wysokogatunkowej stali, igły odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6) Pakiet nr 4, poz. 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7) Pakiet nr 7, poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8) Pakiet nr 7, poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie podwójnej igły chirurgicznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9) Pakiet nr 37 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

10) Pakiet nr 37 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 x 140 mm x 144 kartki, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

11) Pakiet nr 37 poz. 10

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 50 mm x 26 m.

12) Pakiet nr 37 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

13) Pakiet nr 37 poz. 11

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 75 mm x 26 m.

14) Pakiet nr 37 poz. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 11 ma być gładki czy w kratkę? Jeśli w kratkę to czy na zewnątrz czy do środka?

Odp.: Kratka na zewnątrz.

15) Pakiet nr 37 poz. 12

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 50 mm x 30 m.

16) Pakiet nr 37 poz. 12

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 12 ma być gładki czy w kratkę?

Odp.: Kratka.

17) Pakiet nr 37 poz. 13

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 50 mm x 26 m.

18) Pakiet nr 37 poz. 13

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 12 ma być gładki czy w kratkę?

Odp.: Kratka.

19) Pakiet nr 37 poz. 14

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 50 mm x 26 m.

20) Pakiet nr 37 poz. 14

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 14 ma być gładki czy w kratkę?

Odp.: Kratka.

21) Pakiet nr 37 poz. 15

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 15 ma być gładki czy w kratkę?

Odp.: Kratka.

22) Pakiet nr 37 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 25 m.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

23) Pakiet nr 37 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

24) Pakiet nr 39 poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25) Pakiet nr 39 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod po 10 sztuk na plastikowym blistrze, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

26) Projekt umowy – par. 3 ust. 17

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia dokumentów, o których mowa w par. 3 ust. 17 projektu umowy wraz z podpisaną umową.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

27) Projekt umowy – par. 8 ust. 1 pkt. 1.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

28) Projekt umowy – par. 8 ust. 1 pkt. 1.2

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

29) Projekt umowy – par. 8 ust. 1 pkt. 1.4, 1.5

Prosimy o odniesienie kary umownej do części umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

30) Projekt umowy – par. 9 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu na 3 dni robocze.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

mgr Marcin Baron