

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 2

POSTĘPOWANIE:	„Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wysiłkowych w specjalistycznej sali treningowej i laboratoryjnej inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
ZAMAWIAJĄCY:	DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
NUMER POSTĘPOWANIA:	ZP/PN/06/2022
DANE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZ. UE	Ogłoszenie nr 2022/S 155-440904 z dnia 12.08.2022 r.
DATA POWIADOMIENIA:	09.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający w postępowaniu ZP/PN/06/2022 udziela odpowiedzi na przesłane pytania oraz wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający może poprawić ewidentną pomyłkę pisarską jaka pojawiła się w punkcie h) opisu urządzenia 3) Ergometr rowerowy z pedałami – 1 sztuka polegającą na wpisaniu podawania i regulacji "prędkości w m/s, km/godz. i km/min" dla cykloergometru? Parametr

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

prędkości występuje dla bieżni, natomiast w przypadku cykloergometru (ergometru rowerowego) podaje się o wartość obciążenia, kadencję i moment obrotowy.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską. Zapis w SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7.3 ppkt h): " z podawanymi danymi i regulacją prędkości w m/s, km/godz. i km/min" zostaje wykreślony.

Zmiana nr 1:

Zmiana treści SWZ dotyczy poprawienia omyłek pisarskich w treści III Części SWZ w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 12 i 14. Dokumenty: SWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców oraz SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia z wprowadzonymi zmianami w kolorze **czerwonym** stanowią załączniki do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej